Инструкция по применению
Relaxsan Гольфы Gambaletto 280 den 22-27 мм рт ст арт 950 2 класс р 5 телесные

Характеристики

Форма выпуска: Гольфы
Страна: Италия
Производитель: Calze G.T.
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Гольфы Relaxsan BASIC 280 den (арт. 950) – с компрессией 22-27 мм. рт. ст., 2 класс. Компрессионные гольфы непрозрачные, с мягкой эластичной резинкой, укрепленным мыском и пяткой. Анатомическая форма обеспечивает удобство и хорошую фиксацию изделия.Изделия рекомендованы при выраженных проявлениях варикозной болезни, после операции на венах или склеротерапии, для профилактики тромбоза глубоких вен, флебите.Компрессионные гольфы BASIC 280 den производятся из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок их использования и гипоаллергенный эффект при контакте с кожей.

Состав

76% Полиамид, 24% Эластан.

Форма выпуска

Гольфы

Показания

Изделия рекомендованы при выраженных проявлениях варикозной болезни, после операции на венах или склеротерапии, для профилактики тромбоза глубоких вен, флебите.

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения и надеть резиновые перчатки, возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев, снимая чулок, ни в коем случае не тяните за силиконовую резинку - она может оторваться в месте крепления.

Противопоказания

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (регионарное систолическое давление на a. tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст.), Тяжёлые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии, Декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность, Массивный отёк нижней конечности, Трофические язвы невенозной этиологии, Острая инфекция мягких тканей.

Особые указания

Правила по уходу за изделиемМедицинские компрессионные изделия устойчивы к использованию кремов, мазей, однако скопление остатков этих веществ, пыли и эпидермы вызывает износ нитей.Рекомендуем стирать руками каждый день. Компрессионные изделия рекомендуется стирать руками, в мыльной воде, при температуре +40°С, не используя отбеливатели и хлорсодержащие средства.После полоскания в воде слегка выжать руками, не скручивать, не выжимать в центрифуге. Сушить в разложенном виде. Не гладить.Силиконовая лента чулок не должна быть в контакте в водой, мылом и кремом. Для восстановления свойств прилипания силикона, его рекомендуется протереть смоченным в спиртовом растворе (30-40%) ватным тампоном.