Инструкция по применению
Accu-Chek Instant Акку-Чек Инстант Тест-полоски 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Германия
Производитель: Рош Диабетес Кеа Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 24

Описание

Тест-полоски Акку-Чек Инстант предназначены для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной крови, при этом они подходят для использования только с глюкометром Акку-Чек Инстант. Тест-полоски Акку-Чек Инстант в сочетании с глюкометром Акку-Чек Инстант подходят как для проведения самотестирования, так и для профессионального использования. Ключевые характеристики: Маленькая капля крови для измерения: 0,6 мкл Широкая зона забора крови: по всей ширине тест-полоски Капиллярный забор крови Срок годности - 21 месяц. Срок годности указан на упаковке и на этикетке тубуса с тест-полосками и не зависит от даты вскрытия упаковки. Пожалуйста, не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности, это может привести к некорректным результатам измерения.

Состав

Комплектация: 1 тубус с тест-полосками 50 шт, инструкция-вкладыш.

Форма выпуска

Тест-полоски

Фармакокинетика

Содержащийся в тест-полоске фермент, FAD-зависимая глюкозодегидрогеназа (GDH) выраженная в A. oryzae, превращает глюкозу образцов крови в глюконолактон. Результатом этой реакции является безвредный электрический сигнал постоянного тока в глюкометре, используемый для вычисления концентрации глюкозы крови. Характеристики образца и среды измерения контролируются при помощи сигналов постоянного и переменного тока. Получаемый с помощью этих тест-полосок результат соответствует концентрации глюкозы крови в плазме согласно рекомендациям Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). Поэтому глюкометр отображает концентрации глюкозы крови, соответствующие плазме, хотя на тест-полоски всегда наносится цельная кровь.

Показания

Тест полоски Акку Чек Инстант в сочетании с глюкометрами Акку Чек Инстант предназначены для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови из пальца, ладони, предплечья или плеча Допускается применение образцов капиллярной, венозной и артериальной крови с содержанием следующих антикоагулянтов или консервантов: ЭДТА, лития или натрия гепаринат. Антикоагулянты, содержащие иодоацетат или фторид, не рекомендуются.

Способ применения и дозы

Вставьте тест-полоску в прибор. Он включится автоматически. После появления на дисплее изображения тест-полоски и мигающей капли, прикоснитесь желтым краем тест-полоски к капле крови. Результат появится на экране глюкометра менее чем через 4 секунды. Результат отображается со стрелкой, которая показывает, каким является результат измерения: выше / в пределах / ниже целевого диапазона* *Целевой диапазон установлен по умолчанию на уровне 3,9 – 10,0 ммоль /л

Условия хранения

•Храните тест-полоски при температуре от 4 до 30 °C. Че замораживайте тест-полоски. •Применяйте тест-полоски при температуре от 4 до 45 °C. • Применяйте тест-полоски при влажности от 10 до 90 %. Не храните тест-полоски в жаркой и влажной среде (например, в ванной комнате или на кухне), • Храните неиспользованные тест-полоски в плотно закрытом оригинальном тубусе с тест-полосками. • Плотно закрывайте тубус с тест-полосками сразу же после извлечения из него тест-полоски, чтобы защитить тест-полоски от влаги.