Инструкция по применению
Валенто Чулки антиэмболические 6121 1 класс р. XLX

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Валенто
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0

Описание

Чулки компрессионные госпитальные (противоэмболические) I класс компрессии предназначены для профилактики венозных тромбозов и венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) в условиях стационара. Обеспечивают профилактику тромбообразования при беременности и послеродовый период, Способствуют усилению оттока венозной крови, препятствуют образованию тромбов, Помогают избежать осложнений после операции и родов - тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), Эффективно снижают риск развития тромбоза глубоких вен (за счет распределенной компрессии), Обеспечивают необходимую циркуляцию крови у лежачих больных, Выдавливают лимфодренаж и межтканевую жидкость, уменьшая образование отеков.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Во время и после операций при заболевании венОперативные вмешательства на венах ногКомпрессионная терапия после флебосклерозированияМалоподвижные пациенты с венозной патологией ногРоды и послеродовой период у женщин с заболеваниями вен

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения и надеть резиновые перчатки, возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев, снимая чулок, ни в коем случае не тяните за силиконовую резинку - она может оторваться в месте крепления.

Противопоказания

Септические заболевания вен и мягких тканейСердечно-легочная недостаточностьТрофические язвы нижних конечностей

Побочные действия

Полиамид, Эластан.

Особые указания

Правила по уходу за изделиемМедицинские компрессионные изделия устойчивы к использованию кремов, мазей, однако скопление остатков этих веществ, пыли и эпидермы вызывает износ нитей.Рекомендуем стирать руками каждый день. Компрессионные изделия рекомендуется стирать руками, в мыльной воде, при температуре +40°С, не используя отбеливатели и хлорсодержащие средства.После полоскания в воде слегка выжать руками, не скручивать, не выжимать в центрифуге. Сушить в разложенном виде. Не гладить.Силиконовая лента чулок не должна быть в контакте в водой, мылом и кремом. Для восстановления свойств прилипания силикона, его рекомендуется протереть смоченным в спиртовом растворе (30-40%) ватным тампоном.

Условия хранения

При комнатной температуре