# Инструкция по применению
# Answer Тест на овуляцию 5 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Россия
Производитель: КЛЕВЕР
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 5




## Описание

Ансвер Тест на овуляцию - помогает определить наиболее благоприятное время для зачатия ребёнка. Он выявляет повышение уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче женщины, которое происходит перед выходом яйцеклетки из яичников.Как работает тест?Это иммунохроматографический одностадийный тест для качественного и полуколичественного определения ЛГ в моче. При проведении теста на полоску с реагентом наносится образец мочи. Если уровень ЛГ повышен, то на тесте появится две цветные полоски.Точность теста составляет более 99%, однако результаты могут быть ложными при приёме некоторых гормональных препаратов, содержащих ХГЧ.Перед использованием теста рекомендуется ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом.

## Состав

пять герметичных блистеров с тест - полоской и влагопоглотителем внутри, вкладыш-инструкция.

## Форма выпуска

Тест

**Показания**

Тест на овуляцию используется для определения оптимального времени для зачатия ребёнка. Он помогает выявить период, когда вероятность зачатия наиболее высока, определяя уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче женщины, который резко возрастает перед овуляцией.

**Способ применения и дозы**

* Вскройте индивидуальную упаковку и извлеките тест, держа его за окрашенный конец. * Поместите тест-полоску на 10 сек. вертикально (прямо) в образец мочи. При этом следите, чтобы стрелки на полоске были направлены вниз. Линия максимального (MAX) уровня на тест-полоске (отмечена стрелками) не должна опускаться ниже поверхности уровня мочи. * Выньте тест из мочи и положите на горизонтальную сухую поверхность. * Дождитесь появления окрашенных линий. В зависимости от содержания ЛГ в образце мочи результат может наблюдаться как минимум через 40 секунд. Однако для подтверждения отрицательного результата требуется полное завершение реакции (5 минут). Нельзя считывать результаты после 10 минут. * После использования утилизируйте тест Оценка результата: * Отрицательный результат - появляется только одна пурпурно-розовая линия в контрольной зоне результатов, а линия на тестовом участке отсутствует, или светлее контрольной линии. Если повышение гормона овуляции не обнаружено, необходимо продолжать ежедневное тестирование (раз в день) до обнаружения повышения содержания гормона. * Положительный результат - появляется две пурпурно-розовые линии, а цвет тестовой линии такой же или более интенсивный, чем контрольный. Этот результат указывает на уровень всплеска ЛГ и вероятней всего овуляция у Вас начнется в течение 24-48 часов. Наибольшая вероятность забеременеть имеет место при половых отношениях именно в эти 2 благоприятных дня. После того, как вы определили, что ЛГ повышен, уже нет необходимости продолжать тестирование. * Ошибочный результат - линия на контрольном участке отсутствует, тест выполнен неправильно. Это случается крайне редко. Используйте новый тест, строго придерживаясь требований настоящей инструкции.

**Условия хранения**

Хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре от 18 и не выше 25 ºС.