
Инструкция по применению
Gess-623 Аппарат для дарсонвализации

Характеристики



Форма выпуска: Аппарат
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Gess International Trading
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Аппарат GESS-623 предназначен для воздействия на ткани тела переменным импульсным током высокого напряжения и малой энергии с профилактической и лечебной целью. В комплекте 4 электрода: капля для точечного воздействия, грибок для общих процедур, вилка для проведения процедур на руках, ногах, шее, расчёска для лечения волос и кожи головы. В корпусе аппарата последовательно установлен держатель электродов, трансформатор, который соединяется с держателем электрода подпружиненным контактом трансформатор соединяется с платой управления коммутационными проводами, на плате управления установлен выпрямитель, импульсный генератор, предохранитель. Предохранитель имеет следующие технические характеристики: 2А-250V. В задней части корпуса установлен переменное сопротивление-выключатель, который является регулятором амплитуды выходного напряжения. Стеклянные электроды заполнены инертным газом. Электрод расческа применяется для воздействия на волосистую часть головы. Электрод капля применяется для точечного воздействия на зоны воспаления. Электрод грибок используется для обработки больших участков. Электрод вилка используется для обработки суставов, шейного отдела позвоночника, изгибов тела.Исправность аппарата определяется по наличию коронного разряда при касании электродом кожного покрова. Интенсивность коронного разряда увеличивается по мере вращения регулятора выходного напряжения вправо.Характеристики: Форма выходного сигнала: импульсный с высокочастотным заполнением. Частота следования импульсов: 100 Гц ± 10 Гц. Частота ВЧ заполнения: 110 кГц ± 50 кГц. Средний выходной ток, не более: 150 мкА. Выходное напряжение: от минимального значения (не более 8 кВ) до максимального от 16 кВ до 25 кВ. Источник питания: сеть 220 В ± 22 В, 50 Гц ± 0,5 Гц. Потребляемая мощность: 60 Вт. Время непрерывной работы: не более 8 часов с последующим перерывом не более 30 минут в повторно-кратковременном режиме. Максимальное время работы аппарата в режиме максимальной мощности не более 15 минут. Минимальное время паузы между процедурами при отключённом состоянии не менее 15 минут. Срок службы: 5 лет. Габаритные размеры аппарата: 230х53х47 мм. Масса аппарата: не более 0,35 кг

Состав

Комплектация: стеклянный электрод грибок — 1 шт., стеклянный электрод расчёска — 1 шт., стеклянный электрод капля — 1 шт., стеклянный электрод Т-образной формы (вилка) — 1 шт., руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка.

Форма выпуска

Аппарат

Показания

Аппарат предназначен для воздействия с профилактический и лечебной целью на ткани тела пациента переменным импульсным током высокого напряжения и малой энергии.Аппарат может быть использован в лечебно-профилактических медицинских учреждениях широкого профиля, в косметологической практике, спортивной медицине, домашней физиотерапии.Аппарат используется для профилактики и лечения следующих заболеваний: кожные заболевания, целлюлит аллолеция, себорея заболевания мышц, сухожилий суставных сумок, апоневрозов заболевания суставов заболевания артерий и вен неврологические заболевания.

Способ применения и дозы

Техника проведения процедуры дарсонвализацииВоздействие на воротниковую область (профилактика неврозов, расстройства сна)Воздействие электродом грибок в режиме «тихого разряда» с малой интенсивностью Движения выполняются от области затылка по задней поверхности шеи к плечам Время воздействия 5-10 мин. Процедуры рекомендуется проводить ежедневно или через день Курс составляет 10-15 процедур.Воздействие на рукиПроцедура проводится электродом грибок по контактной методике (без воздушного зазора) со средней интенсивностью. Воздействие осуществляется плавными круговыми движениями по спирали от пальцев к области плеча.Работа с варикозным расширением вен, ангиоспазмамиВоздействие проводится электродом вилка по контактной методике со средней интенсивностью. Область воздействия рекомендуется присыпать тальком. Воздействие медленными движениями от кончиков пальцев стопы вверх до колена в течение 5-10 мин, затем от пятки до подколенной ямки в течение 3-5 мин , затем от колена до паховой складки в течение 5-10 мин., от подколенной ямки до подъягодичной складки в течение 5-10мин.При наличии варикозной болезни после процедуры рекомендуется нанести любой гель или крем, применяемый для лечения варикозного расширения вен. Процедуры рекомендуется выполнять ежедневно или через день. Курс составляет 15 процедур.ЦеллюлитВоздействие проводится электродом грибок по контактной методике на участие с наличием целлюлита и расширенными поверхностным «южными капиллярам* Интенсивность воздействия выбирается от средней до высокой. После процедуры рекомендуется нанести анти целлюлитный гель или крем.Воздействие на трофические язвы и длительно незаживающие раныПроцедуры рекомендуется проводить при смене повязки Накрыть поверхность раны или язвы чистой сухой марлевой салфеткой. Воздействие проводится электродом грибок в режиме «искрового разряда», воздушный зазор 1-4 мм, интенсивность воздействия средние Движения выполняются по краю раны или язвы в радиусе 5-7 см. Время воздействия 10 мин. Курс составляет 10-15 процедур. После процедуры на область раны или трофической язвы наносят рекомендованный врачом препарат (мази или гели).Воздействие на болевые зомы (миозиты, невригы. невралгииВоздействие проводится непосредственно на болевые зоны в режиме «искрового разряда» с зазором 1-4 им Интенсивность воздействии средняя, время процедуры 10 мин. Курс 10-15 процедур.

Противопоказания

Злокачественные новообразования Доброкачественные новообразования со склонностью к прогрессированию Кровотечения Имплантированный кардиостимулятор Нарушения свертываемости крови Нарушения кожной чувствительности Эпилепсия Тромбофлебит Беременность Сердечная аритмия Выраженные формы купероза Гирсутизм Активный туберкулез легких Лихорадка Сердечнососудистая недостаточность Гнойные процессы до хирургического лечения Индивидуальная непереносимость электрического тока Состояние алкогольного опьянения

Особые указания

Перед использованием аппарата для дарсонвализации GESS-623 необходимо проконсультироваться со специалистом, так как у процедуры есть противопоказания.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.