Инструкция по применению
Армед Ходунки KR913L

Характеристики

Форма выпуска: Ходунки
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Янгсу Ююе Медикал Эквипмент энд Сапплай
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

ARMED ХОДУНКИ вариант исполнения KR913L - ходунки для инвалидов и пожилых людей.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРазмер (± 5%) - 575*465*790-955 ммМаксимальная масса пользователя, не более 120 кгРазмер в сложенном состоянии (± 5%) - 500*90*800 ммШирина между поручнями (± 5%) - 430 ммМаксимальная высота: 955 ммМинимальная высота: 790 ммШаг регулировки высоты: через каждые 25 ммХодунки инвалидные Армед KR913L - надежная и удобная модель из легкого и прочного металлического сплава.Ходунки могут использоваться в двух положениях, а высоту удобно подстраивать под рост пользователя. Для регулировки высоты ходунков предназначен удобный кнопочный фиксатор. Изделие подходит для использования пациентами любого роста. Прочный захват и отсутствие скольжения при передвижении с ходунками обеспечивают удобные накладки на боковых поручнях. Для лучшей устойчивости ходунков на ножки надеваются специальные резиновые насадки, которые легко заменить при изнашивании. Ходунки можно легко и быстро сложить, не используя для этого дополнительных приспособлений. Каркас выполнен из прочного и легкого металла, что увеличивает срок его эксплуатации и повышает надежность.Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.Срок службы: не менее 3 лет.

Состав

Материал - металлНакладки на ручках - вспененная резина.

Форма выпуска

Ходунки

Показания

Умеренные и выраженные явления гемипареза, Нарушения функций опорно-двигательного аппарата, Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.

Способ применения и дозы

Складывание и раскладывание ходунков осуществляется при помощи надежного кнопочного фиксатора, расположенного на верхней трубке, соединяющей боковые рамы.Разложите каркас до того момента, пока не сработает фиксатор.Перед складыванием ходунков необходимо снять пластиковые фиксаторы с передних опор. Затем нажать на фиксатор, который расположен на верхней трубке и сложить боковые части рамы вовнутрь.Конструкция ходунков предусматривает два положения: шагающие и не шагающие.Перевод ходунков в шагающее положение осуществляется перестановкой фиксаторов, расположенных на боковых частях рамы из не шагающего положения (фиксаторы располагаются в отверстиях на передних опорах) в отверстия на передней перекладине для фиксации шагающего положения.Высота ходунков регулируется надежным кнопочным фиксатором через каждые 25 мм (8 уровней регулировки высоты).Отверстия для регулировки высоты находятся в нижней части передних и задних опор.

Противопоказания

Потеря функциональности обеих рук, Нарушения статики и координации движения, Ограниченная или недостаточная способность к ориентации, Наркотическое или алкогольное воздействие, Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата, Психические расстройства.

Особые указания

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от -5 °С до +40 °С, относительной влажности до 95% (при температуре + 25°С.В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре, вдали от прямых солнечных лучей.