Инструкция по применению
B.Well Чулки компрессионные прозрачные с ажурным верхом 2 класс арт. JW-222 размер 3 nero

Характеристики

Форма выпуска: Чулки
Страна: Швейцария
Производитель: B.Well
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 2



Описание

Чулки компрессионные с ажурным верхом B.Well rehab JW-222 II класс компрессии: 22-32 мм рт. ст. для улучшения венозного оттока при заболеваниях вен, хронической венозной недостаточности, для профилактики тромбоза глубоких вен.Механизм действия основан на распределенном (градуированном) давлении: максимальное в области щиколотки 22-32 мм. рт.ст., уменьшается в области голени, в области бедра компрессия минимальна.Регулярное ношение компрессионного трикотажа: Нормализует кровоток в нижних конечностях, Способствует перераспределению кровотока в глубокие вены, Улучшает работу венозных клапанов, Уменьшает нагрузку на сердечно - сосудистую систему, Препятствует развитию варикозаСовременные технологии обеспечивают высокую эффективность, комфорт и элегантность компрессионного трикотажа B.Well rehab3D вязка - специальная вязка «объемными сотами» помогает сохранить естественный влаго- и теплообмен кожи, обеспечивает высокий комфорт ношения.Нити класса «А» - комплексные нити с двойной S-образной оплёткой во встречных направлениях гарантируют необходимый компрессионный эффект и прочность.Кружевная резинка – мягкая и шелковистая кружевная резинка на силиконовой основе подходит даже для чувствительной кожи.*Массажный эффект - особое плетение на стопе обладает массажным эффектом, воздействует на биоактивные точки стопы, уменьшает усталость и стимулирует кровообращение. Усиленная стопа - усиленная носочная и пяточная части плотно фиксируются на стопе и уменьшают риск случайных повреждений, плоские мягкие швы обеспечивают

комфорт ношения.Элегантный носок - прозрачная носочная часть комфортна для пальцев ног. Сам носок связан «наискосок» и незаметен в модельной обуви. Характеристики: Градуированная или распределенная компрессия. Чулки B.Well rehab обеспечивают физиологическое давление на поверхностные вены: на уровне лодыжек давление соответствует максимальному уровню (22-32 мм рт.ст.), в области голени уменьшено, в области бедер минимально. Тем самым компрессионные чулки создают условия для перераспределения кровотока в более глубокие вены, улучшения оттока крови снизу-вверх и уменьшают риск тромбоэмболических осложнений. Эффективность подтверждена. Компрессионные изделия B.Well rehab проходят проверку на медицинскую эффективность. Тест HATRA - гарантия уровня и физиологического распределения компрессии, подтвержденная тестами на профессиональном оборудовании, рекомендованном в Британском стандарте BS 6612. Это значит, что компрессионное изделие достоверно улучшает отток венозной крови от ног к сердцу. Давление на поверхностные вены в области щиколотки соответствует заявленному классу компрессии, компрессионный терапевтический эффект сохраняется в течение всего гарантийного периода. Массажный эффект. Особое плетение на стопе обладает массажным эффектом, воздействует на нервные окончания и биоактивные точки подошвы стопы, уменьшает усталость и стимулирует кровообращение. Усиленная стопа. Усиленная носочная и пяточная части плотно фиксируются на стопе и уменьшают риск случайных повреждений, плоские мягкие швы обеспечивают комфорт ношения. Анатомичный дизайн. Эргономичная форма изделия обеспечивает легкость надевания и правильную посадку на ноге без образования складок. Кружевная резинка. Элегантная кружевная резинка на силиконовой основе прочно фиксирует чулок на ноге, подходит даже для чувствительной кожи. Элегантный носок. Прозрачная носочная часть комфортна для пальцев ног. Сам носок связан «наискосок» и незаметен в модельной обуви. 3D вязка. Специальная вязка «объемными сотами» помогает сохранить естественный влаго- и воздухообмен кожи, обеспечивает высокий комфорт ношения. Нити класса “А”. Комплексные нити класса «А» с двойной S-образной оплеткой во встречных направлениях обеспечивают изделиям необходимый компрессионный эффект и прочность. Мягкость и эластичность. Упругие и эластичные нити для комфортного контакта с кожей, хорошего прилегания, шелковистости и прочности. Безопасность и гипоаллергенность. Изделие соответствует требованиям европейского стандарта безопасности в текстильном производстве Oeko-Tex Standard 100. Подтверждает безопасность изделий при контакте с кожей.

Состав

74% Полиамид26% ЭластанСиликон

Форма выпуска

Чулки

Показания

Хроническая венозная недостаточность Компрессионная терапия после флебосклерозирования и хирургических вмешательств на венах нижних конечностей Сильные отеки ног Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска Расширенные поверхностные вены и множественные сосудистые звездочки

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения. возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев, снимая чулок, ни в коем случае не тяните за силиконовую резинку - она может оторваться в месте крепления.Правила по уходу за изделиемМедицинские компрессионные изделия устойчивы к использованию кремов, мазей, однако скопление остатков этих веществ, пыли и эпидермы вызывает износ нитей.Рекомендуем стирать руками каждый день.Компрессионные изделия рекомендуется стирать руками, в мыльной воде, при температуре +40°С, не используя отбеливатели и хлорсодержащие средства.После полоскания в воде слегка выжать руками, не скручивать, не выжимать в центрифуге.Сушить в разложенном виде. Не гладить.

Противопоказания

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность Трофические язвы невенозной этиологии Септическое заболевание вен и мягких тканей