Инструкция по применению
Послеоперационный бандаж ширина 20 см

Характеристики

Форма выпуска: Бандажи
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Для послеоперационной поддержки после вмешательств на органах грудной клетки и брюшной полости, для разгрузки ран, для профилактики вентральных грыж и ранней послеоперационной мобилизации пациента, в качестве опорной повязки при травмах грудной клетки – например, при ушибах или переломах ребер, для корректуры статики позвоночника при корешковом ишиасе и грыже межпозвоночного диска. Послеоперационный бандаж шириной 20 см, с застежкой на «липучке». Продольная эластичность и поперечная стабильность гарантируют равномерное распределение давления, не затрудняет дыхания, плотно прилегает, не образуя утолщений и складок. Накладывается просто, благодаря замку на «липучке». Имеет цветные полоски для обозначения размера. Не раздражает кожу, воздухопроницаем.

Состав

хлопок - 43%, ПАН - 33%, полиэфир - 12%, лайкра - 12%.

Форма выпуска

Бандажи

Показания

При ушибах или переломах рёбер. в качестве опорной повязки при травмах грудной клетки. для разгрузки ран, для профилактики грыжи в рубце и ранней мобилизации пациента. для коррекции статики позвоночника при корешковом ишиасе и грыже межпозвоночного диска. для послеоперационного обеспечения при вмешательствах на органа

Способ применения и дозы

Режим ношения:Профилактический в течение дня, если иное не предписано врачом. Рекомендации по уходу: рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей не тереть и не выжимать изделие после стирки тщательно прополоскать бандаж сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний не выявлено.Относительные противопоказания, требуют консультации врача: злокачественные новообразования в области использования бандажа наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие