Инструкция по применению
Lauma Бинт эластичный 8 см х 1,7 м

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Латвия
Производитель: Лаума Фабрикс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 5.0



Описание

Эластичный медицинский бинт высокой степени растяжимости применяется для профилактики и лечения хронических венозных воспалительных процессов в до- и послеоперационный периоды, для профилактики образования гематом и удержания эндопротезов в стабильном состоянии при пластических операциях, а также для профилактики и лечения травм, связанных со спортом.Специальная технология ткачества, применяемая при производстве бинта, обеспечивает отличное качество и сохранение свойств даже при длительном и интенсивном использовании. Металлический фиксатор позволяет удерживать бинт в нужном месте.Эластичный медицинский бинт высокой степени растяжимости (более 170 %)Быстро и легко накладывается без перекручивания бинта, надёжно закрепляется и не сползает.

Состав

Хлопок 96%Эластан 4%фиксирующая застежка-клипса

Форма выпуска

Бинт

Показания

Для бинтования конечностей при варикозной болезни, заболеваниях и повреждениях суставов и связочного аппарата.

Способ применения и дозы

Для достижения необходимого функционального результата, которого хотят добиться от применения эластического компрессионного бандажа, важно соблюдать следующие требования эластического бинтования нижних конечностей:1. Эластическое бинтование необходимо выполнять утром, до подъема с кровати, лучше лежа в постели.2. Повязку необходимо накладывать при тыльном сгибании стопы, равномерными витками без складок, чтобы исключить травму кожи при движении.3. Повязку всегда необходимо начинать от проксимальных суставов пальцев стопы с обязательным бинтованием пятки и формированием витком бинта т.н. замка, что исключит соскальзывание бинта при ходьбе.4. Рулон бинта необходимо раскручивать наружу в непосредственной близости от кожных покровов, что позволит исключить перерастягивание бинта и создание слишком высокой компрессии.5. Каждый тур бинта должен перекрывать предыдущий на 30 - 50%.6. Для лучшей фиксации эластического бинта на конечности, особенно на бедре, необходимо пользоваться наложением туров бинта попеременно в восходящем и нисходящем направлениях с формированием т.н. елочки.7. Проксимальный край компрессии должен на 10-15 см быть выше зоны клапанной недостаточности сегмента конечности.8. При наложении эластического бандажа в местах естественной деформации (область лодыжек) формы конечности, необходимо моделировать цилиндрический профиль конечности, используя латексные и поролоновые валики. При правильно наложенной компрессионной повязке в покое кончики пальцев слегка синеют, а при начале движения восстанавливают свой обычный цвет. После наложения эластической повязки больного просят походить в течение 20—30 минут. Появление онемения пальцев стопы, ощущение пульсации под бинтами, появление болей означают неправильный выбор степени компрессии эластического бандажа и необходимость ее коррекции.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Условия хранения

Беречь от детей.