Инструкция по применению
FreeStyle Libre 2 Датчик системы Flash-мониторинга глюкозы

Характеристики

Страна: Великобритания
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Датчик FreeStyle Libre 2 состоит из одноразового компонента, который закрепляется на теле и содержит вводимый под кожу электрохимический датчик уровня глюкозы и соответствующие электронные компоненты. В отличие от привычного глюкометра, не требует полосок, ланцетов, а также проколов пальцев для измерения сахара. Достаточно установить датчик и скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение FreeStyle Libre 2. Датчик FreeStyle Libre 2, приложение FreeStyle Libre 2, программное обеспечение LibreView (облачная платформа для врача и пациента) и приложение LibreLinkUp (для членов семьи) являются взаимосвязанными компонентами системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2. К датчику для измерения докупать что-либо дополнительно не требуется. Датчик можно носить на руке до 14 дней. По истечении 14 дней датчик подлежит замене на новый. Фристайл Либре 2 - измеритель и анализатор сахара в межклеточной жидкости - надежного показателя уровня глюкозы в крови. Он автоматически измеряет уровень глюкозы каждую минуту, собирает и хранит данные днем и ночью. Позволяет получать результаты измерений неограниченное количество раз. FreeStyle Libre 2 зарегистрирован на территории РФ и поставляется с официальной гарантией, не совместим с компонентами системы, приобретенными в других странах. • Наглядные результаты. С датчиком FreeStyle Libre 2 следить за показателями уровня сахара - очень просто. При каждом сканировании текущие значения отображаются в мобильном приложении. • Повышенная точность. FreeStyle Libre 2 предоставляет более точные результаты сканирований уровня глюкозы: это может помочь вам в принятии терапевтических решений. • Сигналы тревоги. Установите порог уровня глюкозы. Приложение уведомит вас, если уровень глюкозы будет выше или ниже порогового уровня. Сигнал о потере связи оповестит вас, если контакт с датчиком будет потерян. • Графики и отчеты. Наблюдайте за более полной картиной изменений уровня глюкозы. Для корректной работы приложения ваш телефон должен быть оснащен функцией NFC и Bluetooth! FreeStyle Libre 2 - надежный партнер для тех, кто нуждается в регулярном мониторинге уровня глюкозы. С его помощью вы можете проще и эффективнее контролировать сахарный диабет, тем самым повышая качество жизни. • Датчик FreeStyle Libre 2 - 1 шт.* • Футляр датчика FreeStyle Libre 2 - 1 шт. • Аппликатор датчика FreeStyle Libre 2 - 1 шт. • Инструкция по применению - 1 шт. * Датчик собирается из компонентов, содержащихся внутри футляра датчика и аппликатора датчика.

Показания

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre 2 предназначена для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости у пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 4 лет и старше, в том числе у беременных женщин. Система разработана в качестве альтернативы определению уровня глюкозы в крови (в том числе при дозировании инсулина) при самостоятельном управлении диабетом. Система может использоваться для детей в возрасте 4-12 лет при условии, что они находятся под наблюдением лица не моложе 18 лет, осуществляющего уход за ними

Способ применения и дозы

Комплект датчика FreeStyle Libre 2 содержит два вспомогательных компонента (футляр датчика и аппликатор датчика), которые позволяют закрепить датчик на руке пользователя. Чтобы подготовить датчик к установке, пациент вставляет аппликатор датчика в футляр датчика. Затем аппликатор с усилием прижимается к коже. При этом датчик приклеивается к коже, а его сенсорный кончик вводится на несколько миллиметров под кожу. Кончик датчика может оставаться под кожей на руке пользователя до 14 дней, после чего его необходимо заменить на новый. Установленный на тело датчик измеряет показатели глюкозы и сохраняет результаты измерений. Для активации датчика и получения результатов измерений необходимо установить на смартфон приложение FreeStyle Libre 2. Данные передаются на смартфон путем бесконтактного сканирования. Для полноценного сбора данных рекомендуется сканировать датчик не реже, чем каждые 8 часов

Противопоказания

Датчик необходимо снять перед проведением магнитно-резонансной томографии (МРТ). Применение приложения FreeStyle Libre 2, программного обеспечения LibreView или приложения LibreLinkUp не имеет противопоказаний.

Особые указания

Применение системы у лиц на гемодиализе и детей до 4 лет не исследовалось.

Условия хранения

• Температура хранения: 4 -25 °C • Относительная влажность при работе и хранении: 10 -90 % без конденсации