Инструкция по применению
Diacont Тест-полоски 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Тайвань
Производитель: Биотэк
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50



Описание

Тестовые полоски Diacont (Диаконт) предназначены для использования с системой контроля уровня глюкозы в крови Diacont. • Использована методика послойного нанесения ферментативных слоев тест-полоски, что позволяет добиться минимальной погрешности измерения. • Тест-полоски Diacont соответствуют системе качества ISO 15197 и GMP. • Точность измерения определялась в Institute fur Diabetes Technologie GmbH an der Universitat Ulm (IDT), Helmholtzstrasse 20, D-89081 ULM, Germany. -При концентрации глюкозы крови 4,2 ммоль/л отклонение от истинного значения на 5% определилось в 58% случаев, на 10% в 78% случаев, на 15% в 96% случаев и на 20% в 100% случаев. • Храните полоски при температуре от 4 до 30 °C. • Храните полоски в оригинальном флаконе. Вынув полоску из флакона, сразу же плотно закройте его крышкой. • Тщательно вымойте и высушите руки перед использованием полосок. • Не используйте тестовые полоски после истечения срока годности. Срок годности обозначен на наклейке флакона, а также на коробке с тестовыми полосками. • При перемещении прибора и (или) полосок из одних температурных условий в другие подождите 20 минут, чтобы они адаптировались к новой температуре, прежде чем выполнять тестирование уровня глюкозы в крови. • Тестовые полоски предназначены для однократного применения. Не используйте их повторно. • Открыв коробку с тестовыми полосками, убедитесь в том, что крышка флакона надежно закрыта. Если крышка не закрыта, не используйте тестовые полоски. Проверьте изделие на предмет отсутствующих, поврежденных или порванных деталей. Тест-полоски Diacont применяются с глюкометром Diacont для определения количества глюкозы в цельной крови. Быстрый результат анализа – 6 секунд. Достаточно небольшой капли крови (0,7 микролитра). Капиллярная тест полоска сама втягивает кровь. Контрольное поле на тест-полоске помогает определить, когда крови на полоске достаточно. Тест-полоски Diacont не требуют кодирование. Применение: Глюкометр Diacont калиброван по плазме крови, результаты сопоставимы с лабораторными. Прежде чем использовать глюкометр, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Для анализов in vitro. Тестовые полоски Diacont (Диаконт) Рекомендуется к использованию вместе с Глюкометром Diacont (к системе контроля уровня глюкозы в крови, вариант исполнения: Diacont)

Состав

Тест-полоски с ферментативными слоями.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тестовые полоски Diacont (Диаконт) предназначены для самостоятельного определения концентрации глюкозы в цельной крови пациентами с диабетом и медицинскими специалистами.

Способ применения и дозы

Процедура тестирования: Подробные указания по выполнению теста приведены в руководстве по эксплуатации Diacont (Диаконт) и сопроводительных вкладышах. Хранение и обращение: Храните флакон с тест-полосками в сухом прохладном месте при температуре не выше 40#. Не допускайте воздействия прямого солнечного света и тепла. Не храните в холодильнике. Храните тест-полоски исключительно в оригинальном футляре,не перекладывайте их в другой футляр или контейнер. Вынув из футляра одну полоску Diacont, немедленно плотно закройте крышку. Используйте полоску сразу после того, как вы вынули ее из футляра. Как только вы открыли упаковку, пометьте на этикетке срок годности. Через шесть месяцев после того, как вы открыли футляр, следует выбросить неиспользованные тест-полоски. Не используйте полоски после истечения указанного на упаковке срока годности. Не сгибайте, не разрезайте на части и не проделывайте никаких других манипуляций с тест-полосками Diacont.

Особые указания

Использовать в течение 6 месяцев после первого 1-ого вскрытия флакона. Полоски хранить только во флаконе. Крышку закрывать после извлечения полоски.