Инструкция по применению
Easy Touch Тест-полоски на глюкозу 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Тайвань
Производитель: Биоптик
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50



Описание

Система мониторинга EasyTouch® по измерению уровня глюкозы в крови т две упаковки тест-полосок Easytouch на глюкозу предназначены для количественного измерения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови. Это измерение основано на определении текущего изменения, которое вызвано реакцией взаимодействия глюкозы с реагентом GDH-FAD на электроде тест-полоски. Когда образец крови соприкасается с контрольным полем полоски, кровь втягивается в реагентную зону анализа. Результат теста будет отображен на экране прибора спустя 6 секунд. Диапазон измерения системы мониторинга EasyTouch® по измерению уровня глюкозы в крови лежит в пределах от 1,1 до 33,3 ммоль/л. (20-600 мг/дл). Капля крови наносится с крайнего торца тест-полоски. Для измерения требуется 0,8 мкл крови, результат измерения глюкозы будет показан на экране прибора через 6 секунд.

Состав

Тест-полоски, инструкция, кодовая пластина

Форма выпуска

Тест

Показания

Тест-полоски EasyTouch® на глюкозу предназначены для диагностики in vitro с прибором EasyTouch для самоконтроля уровня глюкозы, находящимся в комплекте. Система подходит для самоконтроля при сахарном диабете в домашних условиях или для профессионального использования.

Способ применения и дозы

Для использования требуются: Тест-полоски EasyTouch® на глюкозу, Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch® G(в комплекте)/GC/GCHb/GCU. Капля крови наносится с крайнего торца тест-полоски.

Условия хранения

Храните тест-полоски при температуре от 4 градусов С до 30 градусов С. Не замораживать.