# Инструкция по применению
# Easy Touch Тест-полоски на холестерин 10 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Тайвань
Производитель: Биоптик
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10




## Описание

Система мониторинга EasyTouch® по измерению уровня холестерина в крови предназначена для количественного измерения уровня холестерина в свежей капиллярной цельной крови. Это измерение основано на определении текущего изменения, которое вызвано реакцией взаимодействия холестерина с реагентом на электроде тест-полоски. Когда образец крови легко соприкасается с контрольным полем полоски, кровь автоматически втягивается в реагентную зону анализа. Результат теста будет отображен на экране прибора спустя 150 секунд. Диапазон измерения системы мониторинга EasyTouch® по измерению уровня холестерина в крови лежит в пределах от 2.6 до 10.4ммоль/л. (100 до 400 мг/дл). Тест-полоски EasyTouch® на холестерин предназначены для использования только с образцом свежей капиллярной цельной крови. Храните тест-полоски при температуре от 4 градусов С до 30 градусов С. Не замораживать. Не используйте тест-полоски, если у Вас мокрые или грязные руки. Критически больных пациентов не следует тестировать системой для мониторинга холестерина в домашних условиях. Ни в коем случае не режьте, не сгибайте, не царапайте тестполоски. Выбрасывайте каждую тест-полоску после одноразового использования. Не используйте тест-полоски после истечения срока годности. Капля крови наносится с боковых торцов тест-полоски. Для измерения требуется 15 мкл крови, результат измерения холестерина будет показан на экране прибора через 150 секунд Для использования требуется прибор Изи Тач Тест-полоски EasyTouch® на холестерин Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch® GC,GCHb,GCU

**Состав**

В наборе: тест-полоски, инструкция, кодовая пластина (без прибор Изи Тач (Easy Touch GCHb). Каждая тест-полоска EasyTouch® на холестерин содержит следующие реагенты: Холестерол оксидаза ⩾3 IU Нереактивные компоненты ⩾2,1 мг

**Форма выпуска**

Тест

**Показания**

Тест-полоски EasyTouch® на холестерин предназначены для диагностики in vitro с прибором EasyTouch для самоконтроля уровня холестерина в свежей капиллярной цельной крови. Система подходит для самоконтроля при гиперхолестеринемии в домашних условиях или для профессионального использования.

**Способ применения и дозы**

Кодирование с помощью кодовой полоски Когда вы приступаете к использованию новой коробки с тестполосками, прибор EasyTouch® должен быть откалиброван при помощи нового кодового ключа из упаковки с тест-полосками,чтобы вы могли получить точные результаты анализа. -Найдите кодовый номер на индивидуальной упаковке тест-полоски EasyTouch® на холестерин. -Вставьте кодовый ключ в слот для кодового ключа в приборе. Убедитесь, что кодовый ключ вставлен в слот кодовым номером вверх. -Вставьте тест-полоску в предназначенный слот для тест-полосок в приборе. Прибор должен включиться автоматически, и номер кода должен отобразиться на экране. -Очень важно, чтобы кодовый номер на экране прибора совпадал с номером кода, указанным на индивидуальной упаковке тест-полоски. Важно Пожалуйста, прочтите информацию и руководство пользователя по прибору EasyTouch® перед тем, как использовать тестполоски на холестерин. Если у Вас есть какие-либо вопросы и/или Вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, свяжитесь с официальным дистрибьютором.

**Противопоказания**

Нет данных о противопоказаниях.

**Особые указания**

Среда измерения: кровь. Измеряемые параметры: холестерин. Метод измерения: для использования с прибором. Совместимый прибор: EasyTouch GC, GCHb, GCU. В комплекте поставки: 10 тест-полосок в блистере.