Инструкция по применению
AND DT-625 термометр электронный

Характеристики

Форма выпуска: Термометр
Страна: Япония
Производитель: AND
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Электронный термометр A&D DT-625 предназначен для измерения температуры тела в подмышечной впадине (аксиллярно). Не содержит ртути. Два режима измерения температуры: режим быстрого измерения (прогнозируемый результат). Время измерения в данном режиме: 30 секунд. Режим измерения температуры в реальном времени – высокоточное измерение. Возможность контролировать процесс измерения температуры тела на большом жидкокристаллическом дисплее. Об окончании измерения термометр напомнит звуковым сигналом и подсветкой кнопки, что особенно важно при измерении в плохо освещенном помещении или ночью. Термометр имеет память последнего измерения.

Состав

Термометр, футляр, элемент питания.

Форма выпуска

Термометр

Показания

Для измерения температуры тела в подмышечной впадине.

Способ применения и дозы

Для общей оценки состояния организма, как правило, достаточно прогнозируемого результата быстрого измерения. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Прозвучит звуковой сигнал. На дисплее появится набор символов, подтверждающих исправность прибора. После прохождения автоматической калибровки примерно через 1 секунду на дисплее появится результат последнего измерения. При появлении на дисплее символа L и °C термометр готов к работе. Установите термометр правильно, расположив датчик в середине подмышечной впадины.На дисплее во время измерения отображается индикатор обратного отсчета и текущая температура датчика. Примерно через 30 секунд прозвучит звуковой сигнал, начнет мерцать подсветка кнопки включения и на дисплее появится результат измерения температуры тела. Результат измерения будет отображаться на дисплее примерно в течение 1 минуты. Выключите термометр, нажав и удерживая кнопку Вкл/Выкл.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

Время измерения температуры индивидуально для каждого человека, поэтому звуковой сигнал по окончании измерения (в режиме быстрого измерения) прозвучит тогда, когда скорость прироста температуры будет менее 0,1°C за 32 секунды. Несмотря на то, что "нормальной" температурой обычно считаются показания 36,6°C, показания измерения могут варьироваться и все еще считаться в пределах нормы. Вариации температуры могут быть обусловлены многими факторами (физическая активность, употребленная пища и напитки, время суток, эмоциональное напряжение и др.), а также стоит учитывать, что температура тела утром ниже, чем во второй половине дня. Таким образом, "нормальная" температура тела индивидуальна для каждого человека, поэтому, чтобы определить свою нормальную температуру, воспользовавшись термометром, необходимо провести измерения в течение нескольких суток утром и днем, когда Вы чувствуете себя хорошо.