Инструкция по применению
Eviplan Тест на овуляцию Тест-полоска 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Россия
Производитель: Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 5



Описание

Eviplan - это экспресс-тест для качественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче для диагностики овуляции. Eviplan определит период максимальной фертильности женщины и поможет подобрать самый благоприятный момент зачатия ребенка. Тест на овуляцию особенно пригодится, когда с зачатием ребенка возникают трудности. Он нужен для того, чтобы понять, есть ли овуляция, когда она происходит и наступление момента, в котором нужно приложить все усилия для зачатия. Тест пригодится как женщинам, планирующим ребёнка, так и тем, кто хочет избежать беременности. Характеристики * 5 тестов * Для самотестирования * Высокая чувствительность 25mME/ml. * Точность 99% * Результат через 5 минут ЛГ (лютеинизирующий гормон) - гормон фертильности - содержится в моче каждой здоровой женщины. Его количество резко возрастает в середине менструального цикла. Увеличение количества ЛГ запускает овуляцию, во время которой высвобождается яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Овуляцией называется процесс высвобождения и выхода созревшей и готовой к оплодотворению яйцеклетки. Овуляция, вероятно, произойдет в течение 24-48 ч после позитивного теста.

Состав

Тест-полоски или стрип-тесты - бумажно-пластиковая полоска с реагентом

Форма выпуска

Тест

Показания

Для наружного диагностического применения. Тест для определения овуляции. Перед контактом с мочой тест необходимо вставить в корпус. Внимательно прочтите данный листок-вкладыш перед проведением теста

Способ применения и дозы

Только для одноразового использования. 1\. Соберите мочу в чистый сухой пластиковый или стеклянный контейнер. 2\. Используйте часы, чтобы не превысить предельное время для интерпретации результатов. 3\. Для проведения тестирования тест-полоска и моча должны быть комнатной температуры (15о-30оС). 4\. Извлеките тест-полоску из запечатанного пакета. 5\. Поместите тест-полоску в мочу до уровня, обозначенного стрелками. Через 3 секунды извлеките полоску и положите ее на чистую и сухую неабсорбирующую поверхность (например, на край контейнера с мочой). Не допускайте, чтобы уровень мочи превышал линию MAX (ограничительная линия), иначе тест будет выполнен некорректно. 6\. Оцените результат в течение 5 минут. Не следует оценивать результат позже, чем через 5 минут.

Особые указания

Для получения достоверных результатов теста убедитесь, что Вы не принимаете гормональных препаратов, содержащих ЛГ или ХГЧ гормоны. Прием таких препаратов влияет на результат теста. Не для внутреннего пользования. Не используйте тесты повторно. В случае хранения в холодильнике доведите до комнатной температуры в течение 30 минут. Не используйте в случае повреждения обертки из фольги, в которой находится тест. Не используйте тест по истечении срока годности. Не для использования в качестве противозачаточного средства.