Инструкция по применению
Omron Optium Omega глюкометр

Характеристики

Форма выпуска: Глюкометр
Страна: Великобритания
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 5.0



Описание

Optium Omega - прибор для мониторинга уровня глюкозы в крови. Процедура забора крови - практически безболезненная, результат Вы видите уже через 5 секунд. Память позволяет сохранить 50 последних результатов с указанием даты и времени. Кроме того, если аппарат Optium Omega определит, что крови не достаточно для проведения анализа, то можно добавить немного крови, а не делать тест заново. Функция автоматического отключения не даст батарейке разрядиться, если Вы забудете выключить прибор. Этот глюкометр также обладает удобным дизайном - большие, контрастные цифры на экране, компактный и легкий корпус. Батарейка глюкометра позволит Вам сделать до 1000 тестов.

Форма выпуска

Глюкометр

Показания

Система Optium Omega предназначена для исследования крови вне организма (иными словами, только для диагностики in vitro) самим больным или медицинскими работниками. Глюкометр Optium Omega следует использовать только с тест-полосками и контрольными растворами, предназначенными для глюкометра Optium Omega. Использование тест-полосок других производителей с глюкометром Optium Omega может привести к неточным результатам. Используйте глюкометр Optium Omega для: определения уровня глюкозы в крови; исследования только свежих проб цельной капиллярной крови. Не используйте глюкометр Optium Omega для: диагностики диабета; анализа крови новорожденных; анализа артериальной крови.

Способ применения и дозы

Для получения точных результатов вымойте руки водой с мылом. Убедитесь, что в месте прокола нет лосьона или крема. Тщательно высушите руки. 1 Вставьте тест-полоску Вставьте в глюкометр новую тест-полоску верхним концом до упора. Нажмите на кнопку «m», чтобы включить глюкометр. 2. Получите каплю крови. a. На прокалывающем устройстве установите самую малую глубину. b. Приложите прокалывающее устройство к кончику пальца. c. Нажмите на спусковую кнопку. d. Если необходимо, слегка сдавите палец до получения капли крови размером в булавочную головку (пример:). 3 Нанесите кровь на тест-полоску. a. Убедитесь, что тест-полоска находится в глюкометре, глюкометр включен, а на экран выведены символы капли крови и тест-полоски. Теперь вы готовы к нанесению капли крови. b. Прикоснитесь тест-полоской под небольшим углом к капле крови. Важное замечание: Для проведения одного анализа используйте только один край тест-полоски. Не наносите кровь на оба края, т.к. это может привести к неточному результату. Используйте тест-полоску только один раз. Удалите использованные тест-полоски в отходы. c. Тест-полоски, как губка, втягивают в себя каплю крови через край полоски. Не прижимайте тест-полоску к точке забора кров

Применение при беременности и кормлении грудью

Допустимо

Условия хранения

Беречь от детей.