Инструкция по применению
Сателлит Экспресс Глюкометр ПКГ-03

Характеристики



Форма выпуска: Глюкометр
Страна: Россия
Производитель: Элта
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Глюкометр Сателлит Экспресс предназначен для точного определения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Тест-полоска сама забирает необходимый объем крови после соприкосновения с каплей. Подходит для контроля гликемии у детей от 1 мес. Точность соответствует международному стандарту ISO 15197. Глюкометр совместим только с тест-полосками Сателлит Экспресс.

Состав

Комплект поставки Системы включает: # глюкометр Сателлит Экспресс с элементом питания; # тест-полоски Сателлит Экспресс (упаковка 25 шт.) в комплекте с кодовой полоской; # ручку для прокалывания Сателлит с эксплуатационной документацией; # ланцеты однократного применения (упаковка 25 шт.); # футляр; # контрольную полоску; # инструкцию по применению; # паспорт.

Форма выпуска

Глюкометр

Показания

Система для измерения уровня глюкозы в крови Глюкометр Сателлит Экспресс (далее — Система) предназначена для измерения уровня глюкозы в крови пациентами с сахарным диабетом или пациентами, находящимися в группе риска. Определение концентрации глюкозы в крови осуществляется в «ммоль/л» после прикосновения к капле крови краем тест-полоски Сателлит Экспресс, подключенной к глюкометру Сателлит Экспресс. Глюкометр Сателлит Экспресс предназначен для количественного измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови, взятой из подушечки пальца, в диапазоне от 0,6 до 35 ммоль/л. Глюкометр Сателлит Экспресс может применяться самостоятельно пациентами с сахарным диабетом или использоваться медицинскими работниками при недоступности лабораторных методов измерения и в ходе скрининга. Глюкометр Сателлит Экспресс предназначен для диагностики IN VITRO.

Способ применения и дозы

Включить глюкометр. Вставить в гнездо снизу кодовую полоску. На экране должен высветиться код из трех цифр. Он должен совпадать с кодом, указанным на пачке тест-полосок. Вынуть полоску.

Противопоказания

Не рекомендуется использовать глюкометр Сателлит Экспресс в следующих случаях: # определение глюкозы в сыворотке крови, а также в венозной крови и плазме; # хранение пробы крови перед проведением анализа; # проведение анализа при разведении или сгущении крови (при гематокритном числе менее 20 или более 55 %); # проведение анализа у пациентов с тяжелыми инфекциями, со злокачественными опухолями, массивными отеками; # проведение анализа после приема аскорбиновой кислоты более 1 грамма внутрь или внутривенно, что приводит к завышению показаний; # для любого другого использования, кроме диагностики IN VITRO; # проведение анализа у новорожденных; # для диагностирования сахарного диабета; # во время теста абсорбции ксилозы.

Условия хранения

Хранить глюкометр и тест-полоски к нему в сухом, проветриваемом, отапливаемом помещении при температуре от -20 до +30 °C, в местах защищенных от попадания прямых солнечных лучей. Применять глюкометр с тест-полосками в сухом, проветриваемом, отапливаемом помещении при температуре от +18 до +35 °C и влажности, не превышающей 80 %. Если глюкометр и тест-полоски находились вне указанного диапазона температур эксплуатации, перед применением их необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 30 минут. После длительного хранения (более 3 месяцев), а также после замены элемента питания необходимо проверить глюкометр в соответствии с указаниями инструкции по применению. Перед применением тест-полосок убедитесь в отсутствии повреждений упаковки, что может послужить причиной неправильных показаний.