Инструкция по применению
Ингалятор bd5002 BREMED

Характеристики

Форма выпуска: Ингалятор
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Ингалятор BREMED BD 5002 предназначен для лечения верхних и нижних дыхательных путей. Аппарат необходим для людей, подверженных респираторным заболеваниям. После применения ингалятора облегчается дыхание. Прибор помогает восстановить естественный процесс очистки носовой полости. В комплекте маска для взрослых и для детей. Технические характеристики Ингалятор BREMED BD 5002: Вместимость ёмкости для лек. средств - макс. 6 мл. Высокая скорость распыления более 0,01 мл/мин. Дезинфицируемый, все насадки стерилизуемые. Работа от сети. Мощность 63W. Клинически тестирован. Давление ок. 1,5 бар. Уровень шума: < 55 дБ.

Состав

Комплектация Ингалятор BREMED BD 5002: воздушный фильтр - 5 шт, камера-распылитель, загубник, соединительная трубка, маска для взрослых, маска для детей.

Форма выпуска

Ингалятор

Показания

Для лечения верхних и нижних дыхательных путей.

Способ применения и дозы

Включение устройства: Убедившись, что прибор и все дополнительные приспособления абсолютно чистые, проведите следующие действия в нижеуказанном порядке: - Расположите прибор на неподвижной плоской поверхности (например, на столе), поблизости от розетки. - Откройте крышку прибора и вытащите все приспособления из полиэтиленового пакета. - При помощи ножниц разрежьте пластмассовый шнурок, которым перевязан провод и размотайте провод. - Возьмите соединительную трубку и прикрепите один ее конец к отверстию для выпуска воздуха прибора, а другой конец к нижней части трубки-распылителя. - Снимите верхнюю часть трубки-распылителя, поворачивая ее против часовой стрелки. - Влейте лекарство в трубку-распылитель, пользуясь градуированной шкалой, находящейся на трубке. - Установите обратно верхнюю часть трубки-распылителя, поворачивая ее по часовой стрелке, чтобы закрепить ее. - Прикрепите к верхней части трубки-распылителя маску или сопло, в зависимости от необходимой Вам процедуры и от требуемого способа проведения этой процедуры. Таким образом, прибор готов к использованию. Порядок проведения аэрозольной терапии: - Вставьте вилку прибора в розетку, удостоверившись, что напряжение розетки совпадает с напряжением, указанным на щитке прибора. - Установите выключатель в положение 1. - Начинайте процедуру и продолжайте ее до тех пор, пока будет заметен «пар», выходящий из прибора как результат распыления лекарства. Внимание: После завершения процедуры небольшое количество лекарства (около 0,4 мл) остается внутри трубки-распылителя. Это является нормальным, данный остаток не подлежит распылению. После завершения процедуры: - Выключить прибор, установив выключатель в положение 0. - Вытащить вилку прибора из розетки. - Смотайте провод и поместите его в специальный проем, расположенный сбоку на приборе (туда же, где провод находился до начала процедуры). - Снимите маску (или другое приспособление) с трубки-распылителя. - Отсоедините соединительную трубку как от трубки-распылителя, так и от отверстия для выпуска воздуха прибора. - Проведите очистку маски (или другого приспособления) и трубки-распылителя. - Сложите все приспособления в специальный проем и закройте крышку прибора.

Противопоказания

Ингаляции противопоказаны:1. При повышении температуры свыше 37,5° С,2. При носовых кровотечениях или склонности к ним,3. При заболеваниях легких и сердца с явлениями выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности

Особые указания

Предостережения: - желательно, чтобы прибор не подвергался ударам и не падал, - ни в коем случае не вскрывайте прибор, - храните его в подходящем месте, избегая высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности и пыли, - проводите очистку прибора при помощи лоскута ткани, слегка смоченного водой или неедким моющим средством (не используйте бензин, растворители и т.п.), а затем осторожно протрите прибор, - ни в коем случае не погружайте прибор в воду, - бесперерывная работа прибора не должна превышать времени, указанного на табличке, прикрепленной в нижней части прибора.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.