Инструкция по применению
Amrus Ингалятор компрессорный AMNB-502

Характеристики



Форма выпуска: Ингалятор
Страна: Китайская Народная Республика
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 5.0

Описание

Особые указания - Портативный прибор для аэрозольной ингаляции для детей в виде красочного паровозика, Компрессорный механизм распыления лекарственных средств, не требующий дополнительного обслуживания. Для использования как в клинических, так и в домашних условиях, Низкий уровень шума - Экономное использование лекарственных растворов.

Состав

Комплектация 1. Ингалятор. 2. Колпачок, дефлектор, чашка для лекарственного средства, тройник, мундштук, маска для лица детская, 2 запасных фильтра, трубка компрессорная, резервуарная трубка. 3. Руководство пользователя.

Форма выпуска

Ингалятор

Показания

Ингалятор компрессорный (далее - ингалятор) предназначен для аэрозольного распыления ингаляционных растворов в соответствии с рекомендациями врача. Ингалятор предназначен для применения взрослыми пациентами и детьми (взрослая и детская маска входят в комплект), имеющими показания к лечению лекарственными аэрозолями. Ингалятор не должен использоваться при случаях реанимации и не обеспечивает слежения за состоянием пациента.

Способ применения и дозы

Вставить кабель электропитания в розетку, первоначально убедившись в том, что напряжение питания соответствует 220 V. Надеть пистон, в зависимости, от необходимого режима на форсунку, расположенную в нижней части небулайзера. Влить лекарственное средство в нижнюю часть небулайзера (см. инструкцию по эксплуатации небулайзера). Повернуть верхнюю часть небулайзера по направлению часовой стрелки для закрытия небулайзера. Сверху надеть на небулайзер респираторную маску или мундштук. При исполыованни силиконовой трубки, надеть на один из её концов нижнюю часть небулайзера. Другой конец силиконовой трубки присоединить к штекеру соединения трубки, расположенному внизу на корпусе. Включить прибор, расположив выключатель на символ ВКЛ. Для выключения расположить выключатель на символ ВЫКЛ. Лечение должно производиться сидя, удобно раснолагаясь в прямом положении. При использовании респираторной маски необходимо, чтобы она плотно прилегала к лицу. Дышать медленно, делая короткую паузу при завершении каждого выдоха и затем, производя быстрый вдох. Мундштук при использовании должен держаться между зубами, сомкнув губы. При этом необходимо дышать ртом. Возможно регулирование потока воздуха регулятором (в виде колёсика), расположенным в верхней части небулайзера. Если в течение терапии необходима пауза, можно выключить небулайзер посредством выключателя. Лечение заканчивается, когда распылитель начинает подавать аэрозоль непостоянно. При завершении лечения необходимо тщательно произвести чистку так, как описано в разделе Чистка инструкции. При завершении лечения и не использовании прибора вынуть вилку из сети питания.

Противопоказания

1. При повышении температуры свыше 37,5 С. 2. При носовых кровотечениях или склонности к ним. 3. При заболеваниях легких и сердца с явлениями выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности.

Особые указания

Нельзя использовать для ингаляции травяные отвары и настои, масляные растворы и эфирные масла. Бесплатное сервисное обслуживание в течение всего срока службы изделия.

Условия хранения

Защищенном от света месте, беречь от детей.