Инструкция по применению
Velox 055 Ингалятор

Характеристики

Форма выпуска: Ингалятор
Страна: Германия
Производитель: Pari
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Электронный небулайзер VELOX - инновационная ингаляционная система для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей у пациентов старше 4х лет.В основе работы небулайзера лежит распыление жидкости в результате вибрации пьезоэлемента и просеивания жидкости через мельчайшие отверстия в металлической мембране - mesh (сито) технология.Особенности данного прибора: Распыление без нагрева растворaоптимальная дисперсность аэрозолявысокий процент частиц респирабельной фракциикороткое время ингаляциикомпактность и маленький весбесшумная работа прибора.Прибор предназначен для распыления различных медикаментов и ингаляционного лечения муковисцидоза, бронхиальной астмы, ХОБЛ.Небулайзер дезинфицируется термически (кипячение или обработка в термодезинфекторе), возможна химическая дезинфекция (без перекиси и хлора). Прост в использовании Бесшумная работа Звуковая индикация окончания ингаляции Минимальные потери аэрозоля в окружающую среду за счет пространственного накопителя и системы клапанов в распылителе (небулайзере) Разнообразные режимы подключения: от электросети, от батареек, а так же подключение в автомобиле (при наличии у пользователя USB-адаптера для прикуривателя)Технические характеристики прибора VELOX:Принцип действия Mesh - технологияРаспыление без нагрева аэрозоля естьОтключение Автоматическое отключение по окончании ингаляцииЗвуковая индикация окончания ингаляции Автоматическая звуковая индикация окончания ингаляцииПодключение сетевое 100-240В/50-60Гц/2 ВтПодключение автономное 3 x 1,5V Mignon AA LR6/Alkaline батареи или 3 x 1,2V NiMH аккумуляторыВес небулайзера 40 гОбщий вес прибора 110 г (без аккумуляторов) Размеры (Д x Ш x В) 45 x 80 x 125 ммМинимальный объем медикамента 2,0 млМаксимальный объем медикамента 6,0Характеристика аэрозоляОбщий выход аэрозоля: 497 мг/минСредний медианный размер частиц: 3,9 мкмДоля частиц менее 5 мкм: 74 %Время распыления 2,5 мл: 3,1 мин

Состав

Блок управления небулайзер (распылитель), состоящий из камеры распылителя, ёмкости для лекарства с генератором аэрозоля, и крышки ёмкости для лекарства мундштук пластмассовый с клапаном выдоха многоразовый блок питания (сетевой адаптер) приспособление для очистки генератора аэрозоля сумка PARI для хранения и переноски

Форма выпуска

Ингалятор

Показания

Предназначен для проведения ингаляций для лечения нижних дыхательных путей у пациентов старше 4х лет. Разрешается использовать только лекарства, разрешенные для ингаляционного лечения. Как правило, они прописываются врачом. Соблюдайте возможные ограничения по применению, описанные в инструкции к соответствующему лекарству.

Способ применения и дозы

Открутите крышку емкости для лекарства с распылителя. Залейте предписанное врачом количество лекарства в емкость для лекарства (мин. 2 мл, макс. 6 мл). и закрутите крышку.При работе от блока питания: • Вставьте штекерный разъем USB блока питания в гнездо USB на элементе управления. Вставьте блок управления в подходящую розетку. Сядьте прямо, расслабьтесь. Нажмите кнопку питания на элементеуправления, чтобы начать распыление.*Звучит короткий сигнал.*Загорается зеленый светодиод на кнопке.Ингаляция с мундштуком Держите устройство VELOX в горизонтальном положении. Вставьте мундштук между зубов и обхватите его губами. Вдыхайте как можно медленнее и глубже через мундштук и легко выдыхайте. После завершения ингаляции выключите устройство, нажав для этого кнопкупитания.* Звучит короткий сигнал.* Светодиод на кнопке гаснет. При необходимости выньте блок питания из розетки и отсоедините кабель отэлемента управления.

Особые указания

УХОД И ХРАНЕНИЕ. Мыть небулайзер (распылитель) теплой водой с моющим средством, тщательно ополаскивать. Дезинфекцию можно проводить с использованием обычного парового стерилизатора для детских бутылочек или путем кипячения. Ударопрочный небулайзер (распылитель) выдерживает многократное мытье в посудомоечной машине и кипячение (или обработку в термодезинфекторе). Хранить в сухом виде. Для протирания наружной поверхности блока управления следует использовать чистую влажную салфетку.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре, вдали от прямых солнечных лучей.