Инструкция по применению
Easy Touch Тест-полоски для анализа холестерина крови 5шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Тайвань
Производитель: Биоптик
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Система мониторинга EasyTouch® по измерению уровня холестерина в крови предназначена для количественного измерения уровня холестерина в свежей капиллярной цельной крови. Это измерение основано на определении текущего изменения, которое вызвано реакцией взаимодействия холестерина с реагентом на электроде тест-полоски. Когда образец крови легко соприкасается с контрольным полем полоски, кровь автоматически втягивается в реагентную зону анализа.Результат теста будет отображен на экране прибора спустя 150 секунд.Диапазон измерения системы мониторинга EasyTouch® по измерению уровня холестерина в крови лежит в пределах от 2.6 до 10.4ммоль/л. (100 до 400 мг/дл).Тест-полоски EasyTouch® на холестерин предназначены для использования только с образцом свежей капиллярной цельной крови.Храните тест-полоски при температуре от 4 градусов С до 30 градусов С.Не замораживать.Не используйте тест-полоски, если у Вас мокрые или грязные руки.Критически больных пациентов не следует тестировать системой для мониторинга холестерина в домашних условиях.Ни в коем случае не режьте, не сгибайте, не царапайте тестполоски.Выбрасывайте каждую тест-полоску после одноразового использования.Не используйте тест-полоски после истечения срока годности.Капля крови наносится с боковых торцов тест-полоски.Для измерения требуется 15 мкл крови, результат измерения холестерина будет показан на экране прибора через 150 секундДля использования требуется прибор Изи ТачТест-полоски EasyTouch® на холестеринАнализатор крови портативный биохимический EasyTouch® GC,GCHb,GCU

Состав

В наборе: тест-полоски, инструкция, кодовая пластина(без прибор Изи Тач (Easy Touch GCHb).Каждая тест-полоска EasyTouch® на холестерин содержит следующие реагенты: Холестерол оксидаза ⩾3 IUНереактивные компоненты ⩾2,1 мг

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски EasyTouch® на холестерин предназначены для диагностики in vitro с прибором EasyTouch для самоконтроля уровня холестерина в свежей капиллярной цельной крови. Система подходит для самоконтроля при гиперхолестеринемии в домашних условиях или для профессионального использования.

Способ применения и дозы

Кодирование с помощью кодовой полоскиКогда вы приступаете к использованию новой коробки с тестполосками, прибор EasyTouch® должен быть откалиброван при помощи нового кодового ключа из упаковки с тест-полосками,чтобы вы могли получить точные результаты анализа.Найдите кодовый номер на индивидуальной упаковке тест-полоски EasyTouch® на холестерин.Вставьте кодовый ключ в слот для кодового ключа в приборе. Убедитесь, что кодовый ключ вставлен в слот кодовым номером вверх.Вставьте тест-полоску в предназначенный слот для тест-полосок в приборе. Прибор должен включиться автоматически, и номер кода должен отобразиться на экране.Очень важно, чтобы кодовый номер на экране прибора совпадал с номером кода, указанным на индивидуальной упаковке тест-полоски. ВажноПожалуйста, прочтите информацию и руководство пользователя по прибору EasyTouch® перед тем, как использовать тестполоски на холестерин.Если у Вас есть какие-либо вопросы и/или Вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, свяжитесь с официальным дистрибьютором.

Особые указания

Храните тест-полоски при температуре от 4 градусов С до 30 градусов С.Не замораживать.Не используйте тест-полоски, если у Вас мокрые или грязные руки.Ни в коем случае не режьте, не сгибайте, не царапайте тестполоски.Выбрасывайте каждую тест-полоску после одноразового использования.Не используйте тест-полоски после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.