
Инструкция по применению
Юнона Пессарий акушерский тип 2

Характеристики

Форма выпуска: Пессарий акушерский
Страна: Беларусь
Производитель: Медицинское предприятие Симург
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Акушерский разгружающий пессарий Юнона (Симург, Беларусь) предназначены для профилактики преждевременных родов у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН) и для профилактики развития данной патологии.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – акушерство. Пессарии акушерские применяются в специализированных медучреждениях врачом специалистом.Форма изделия соответствует анатомическому строению женских половых органов и обеспечивает надежную фиксацию изделия внутри влагалища. Пессарий напоминает трапецию с вогнутыми сторонами и скругленными углами. Узкая сторона трапеции изделия упирается в лонное сочленение, широкая часть трапеции «охватывает» прямую кишку, не создавая проблем при дефекации. Имеется несколько функциональных отверстий: большое центральное отверстие для шейки матки и боковые для беспрепятственного оттока влагалищного секрета.Подбор размеров акушерского пессария проводится врачом индивидуально для каждой женщины - они должны соответствовать анатомическим особенностям строения половых органов.Компания Симург производит изделия трех размеров:пессарий акушерский разгружающий тип 1 (самый маленький)пессарий акушерский разгружающий тип 2 (средний)пессарий акушерский разгружающий тип 3 (большой)Пессарий акушерский разгружающий Симург" Юнона" производится в трех размерах:1- тип используется при самых начальных проявлениях выпадения матки или незначительно выраженных патологиях репродуктивных органов. Как правило, такие состояния являются проявлением легкой степени функциональных нарушений. Наружный диаметр изделия составляет 60,5-65,5 мм. Этот вид пессария является самым маленьким из представленной линейки средств.2-

тип имеет уже большие размеры. Применяется для коррекции умеренно выраженных нарушений, связанных с пролапсом гениталий. Назначается при патологиях, сопровождающихся 2-3 степенью тяжести. Наружный диаметр изделия составляет 65,5-70,5 мм.3 -тип может применяться при выраженных патологиях интимной зоны. Наружный диаметр изделия составляет 70,5-75,5 мм.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯПри применении пессария акушерского возможно усиление влагалищной секреции. Пессарий акушерский не предназначен для коррекции пролапса гениталий. Недопустимо применение пессария акушерского при нарушенной целостности конечной упаковки или при превышении сроков годности, указанных на упаковке.При использовании акушерского пессария не соответствующего анатомическим особенностям пациентки, возможно развитие болевого синдрома. В этом случае требуется удаление пессария и замена на правильно подобранный по размеру пессарий акушерский.МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯМеханизм действия пессария акушерского разгружающего основан на уменьшении нагрузки на шейку матки вследствие снижения давления плодного яйца.Истмико-цервикальная недостаточность: зияет наружный и внутренний зев, плодные оболочки пролабируют в цервикальный канал.Установлен пессарий акушерский: шейка матки в центральном отверстии пессария, большое основание располагается в заднем своде влагалища, малое – в переднем своде. Боковая поверхность пессария соприкасается со стенками влагалища, которые охватывают и удерживают его. Давление на шейку матки снижено. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОКПри применении акушерского разгружающего пессария необходимо регулярное наблюдение акушера-гинеколога, целесообразно соблюдать половой покой, возможно усиление выделений из половых путей (необходимо исключить воспаление).Акушерский разгружающий пессарий однократного применения «Юнона» Тип-2 - в виде трапеции со сглаженными полукольцами углами.Размер верхней трети влагалища (мм) - 66-75Диаметр шейки матки (мм) - 25-30Наличие родов в анамнезе - менее 2-хЦвет маркера на упаковке - розовый

Состав

Безвредный, сверхчистый биологически инертный пластик (полистирол марки 825) Изделие стерильное. Стерилизация газовая – оксидом этилена.

Форма выпуска

Пессарий акушерский

Показания

Функциональная и органическая истмико-цервикальная недостаточность, профилактика истмико-цервикальной недостаточности у беременных, профилактика несостоятельности шва при хирургической коррекции ИЦН.

Способ применения и дозы

Оптимальные сроки для установки акушерского пессария -13-25 недель беременности. Внимание! Вставлять и снимать пессарий самостоятельно не рекомендуется. Это может спровоцировать прерывание беременности.Введение и извлечение пессария акушерского разгружающего – врачебная манипуляция.Процедура может выполняться в стационарных условиях.Введение и извлечение пессария не требует анестезии.Условия для введения пессария: отсутствие противопоказаний к применению, нормальный тонус матки, согласие пациентки.ВВЕДЕНИЕВведение пессария проводится с соблюдением общепринятых правил асептики. После осмотра женщины при опорожненном мочевом пузыре расположите пессарий акушерский так, чтобы широкое основание располагалось у входа во влагалище. Введите нижнее полукольцо широкого основания во влагалище. Затем, надавливая на заднюю стенку влагалища, введите верхнее полукольцо широкого основания. После этого полностью введите пессарий акушерский. Разверните пессарий акушерский так, чтобы широкое основание располагалось в заднем своде влагалища, а шейка матки – в центральном отверстии пессария акушерскогоИЗВЛЕЧЕНИЕ АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯВ плановом порядке пессарий акушерский извлекают при достижении 37 – 38 недель беременности в условиях стационара.Техника извлечения обратная введению.После извлечения пессария акушерского целесообразна санация половых путей в зависимости от характера микрофлоры влагалища.

Противопоказания

Абсолютные: данный метод не следует использовать в клинических ситуациях, когда пролонгирование беременности нецелесообразно, анатомические особенности пациентки, препятствующие правильному расположению пессария.Относительные: воспалительные заболевания влагалища, шейки матки, наружных половых органов (требуется предварительная санация с последующим бактериологическим контролем).

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре, вдали от прямых солнечных лучей.