Инструкция по применению
Юнона Пессарий маточный тип 2

Характеристики

Форма выпуска: Пессарий акушерский
Страна: Беларусь
Производитель: Медицинское предприятие Симург
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Пессарий маточный (или гинекологический пессарий, или маточное кольцо) применяется для нехирургического лечения опущения и выпадения матки.Пессарий имеет блюдцеобразную форму с большим центральным отверстием и многочисленными отверстиями по периферии.Гибкий, при нагревании до температуры тела приобретает оптимальную мягкость.Выпускаются пессарии маточные «Юнона» 3-х типов: тип 1 с наружным диаметром 63±2,5мм, Цвет маркировки зеленый тип 2 с наружным диаметром 68±2,5мм, Цвет маркировки розовый тип 3 с наружным диаметром 73±2,5мм. Цвет маркировки оранжевыйИзготавливаются пессарии маточные из эластичного биологически инертного пластикаФизические свойства материала сохраняются после многократной химической дезинфекции, что делает возможным неоднократное применение пессария маточного «Юнона» .Применение: для многоразового применения. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:недопустимо применение пессария маточного «Юнона» после окончания срока годности, указанного на упаковке изделия.Пессарий маточный «Юнона» поставляется нестерильным, перед использованием требуется дезинфекция. ВЫБОР РАЗМЕРА ПЕССАРИЯ МАТОЧНОГО «ЮНОНА»Размер пессария подбирается индивидуально.Слишком большой пессарий будет оказывать чрезмерное давление на стенки влагалища, а слишком маленькое маточное кольцо может выпасть.Выбор размера маточного пессария осуществляется индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациентки(наиболее часто при 1-ой степени пролапса используется пессарий маточный тип 1 или тип 2,при 2-ой степени - тип 2 или 3,при 3-ей степени - тип 3).При правильно выбранном размере пессарий устраняет пролапс

гениталий и не вызывает болей и дискомфорта у пациентки.Общие рекомендации по применению пессария Юнона1. Женщине рекомендуется пройти гинекологический осмотр до установки пессария для исключения воспалительных заболеваний половых органов.2. Влагалищный пессарий вводится с соблюдением правил асептики и антисептики. Рекомендуется нанести лубрикант перед введением.3. После введения пессария, необходимо проверить не испытывает ли пациентка болей, и не выпадает ли пессарий при натуживании. Правильная установка маточного пессария - гарантия его эффективности и лечения выпадения и опущения матки.4. Рекомендуется проходить гинекологический осмотр каждые 2 недели в течении первых 4х недель после установки пессария (для оценки эффективности лечения).5. Для очистки маточное кольцо можно промывать в кипятке (кипятить) или обрабатывать антисептиком.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТКАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ПЕССАРИЙ МАТОЧНЫЙВо время использования пессария маточного «Юнона» необходимы регулярные гинекологические осмотры. Длительность непрерывного использования пессария определяется индивидуально (от 15 до 25 суток).Развитие воспалительного процесса при применении пессария маточного «Юнона» требует временного удаления последнего и санации влагалища.РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОКПеред введением пессария необходимо обследоваться у гинеколога для исключения воспалительных и других заболеваний женских половых органов. После того, как введен пессарий, убедитесь, что не возникает неприятных ощущений, и пессарий не выпадает при натуживании.При появлении боли во влагалище или при выпадении изделия необходимо использовать пессарий другого размера. Попробуйте под наблюдением гинеколога самостоятельно извлечь и установить пессарий. Во время использования пессария желательно посещать гинеколога каждые 10 - 14 дней. Это необходимо для оценки эффективности лечения, выбора оптимального времени непрерывного использования пессария.В домашних условиях дезинфекция изделия проводится путем тщательного промывания кипяченой водой с моющим средством. Затем пессарий маточный тщательно промывают кипяченой водой.Иногда при использовании пессария развивается воспаление влагалища. Для профилактики воспалительных осложнений необходимо соблюдение рекомендаций врача, гигиены и сроков непрерывного ношения пессария.Маточный пессарий (или гинекологический пессарий, или маточное кольцо) неоднократного применения «Юнона» Тип-2 - имеет блюдцеобразную форму с большим центральным отверстием и многочисленными отверстиями по периферии.Наружный диаметр - 68±2,5 ммЦвет маркера на упаковке - розовый

Состав

Эластичный биологически инертный пластик (термопластический пластик).Не стерильно!

Форма выпуска

Пессарий акушерский

Показания

Консервативная (нехирургическая) коррекция пролапса гениталий (выпадение и опущение матки, а также же стенок матки.).

Способ применения и дозы

ВВЕДЕНИЕ ПЕССАРИЯ МАТОЧНОГОПессарий извлекают из упаковки, сжимают и в сжатом виде вводят во влагалище. Затем пессарий разворачивают выпуклой поверхностью к шейке матки.Перед использованием для облегчения введения пессарий маточный «Юнона» целесообразно обработать мазью, разрешенной к применению в гинекологической практике

Противопоказания

– Воспалительные заболевания гениталий,– фоновые и предраковые заболевания гениталий

Условия хранения

В защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.