Инструкция по применению
Контур Плюс Глюкометр с ручкой и ланцетами

Характеристики

Форма выпуска: Глюкометр
Страна: Швейцария
Производитель: Ascensia Diabetes Care
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Контур Плюс (Contour Plus) – современный глюкометр, который обеспечивает точность, сравнимую с лабораторной*: 1. Точность прибора превосходит требования действующего международного стандарта ISO 15197:2013*; 2. Прибор обладает технологией нанесения образца крови «Второй шанс». Данная технология дает возможность дополнительно нанести кровь на ту же тест-полоску в случае, когда первого образца крови было недостаточно - не нужно тратить новую тест-полоску. Технология "Второй шанс" экономит время и деньги 3. Прибор имеет большой экран, а также позволяет настраивать звуковые напоминания об измерении после еды, что помогает в рабочей суматохе вовремя измерить сахар крови 4. Требуется маленькая капля крови всего 0,6 мкл – ее будет достаточно для получения точного результата 5. Прибор проводит измерение всего за 5 секунд, что дает возможность быстро получить результат, что особенно важно при гипогликемии. 6. В приборе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяет прибору каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - возможного источника ошибок. Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски; Технические характеристики: I. Обеспечивающие точность, сравнимую с лабораторной: 1. В приборе используется Мультиимпульсная технология, которая сканирует каплю крови несколько раз и выдает более точный результат 2. Прибор обеспечивает надежность в широких климатических условиях: - рабочий диапазон температур 5°C - 45° - влажность 10 – 93% отн. влажности - высота над уровнем моря – до 6300 м. 3. В тест-полоске используется современный фермент, который практически не

имеет взаимодействия с лекарствами, что обеспечивает точные измерения при приеме, например, парацетамола, аскорбиновой кислоты/витамина С 4. Глюкометр выполняет автоматическую коррекцию результатов измерений при гематокрите от 0 до 70% - это позволяет получать высокую точность при широком диапазоне гематокрита, который может быть понижен или повышен в результате различных заболеваний 5.Принцип измерения - элетрохимический II Обеспечивающие удобство использования: 1. В приборе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяют прибору каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - возможного источника ошибок. Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски; Не требует кодирования - код вручную вводить не нужно 2. Прибор обладает технологией нанесения образца крови «Второй шанс», которая позволяет дополнительно нанести кровь на ту же тест-полоску в случае, когда первого образца крови было недостаточно - не нужно тратить новую тест-полоску. Технология "Второй шанс" экономит время и деньги. 3. Прибор имеет 2-х режима работы – основной (L1) и расширенный (L2) Возможности прибора при использовании Основного режима (L1): - Краткая информация о повышенных и пониженных значениях за 7 дней. (HI-LO) - Автоматический расчет среднего показателя за 14 дней - Память, вмещающая результаты 480 последних измерений. Возможности прибора при использовании Расширенного режима (L2): - Настраиваемые напоминания о проведении тестирования через 2.5, 2, 1.5, 1 часа после еды - Автоматический расчет среднего показателя за 7, 14, 30 дней - Память, вмещающая результаты последних 480 измерений. - Метки «До еды» и «После еды» - Автоматический расчет среднего показателя до и после еды за 30 дней. - Краткая информация о повышенных и пониженных значениях за 7 дней.(HI-LO) - Личные настройки высоких и низких значений 4. Маленький размер капли крови – всего 0,6 мкл, функция детекции «недозаполнения» 5. Практически безболезненный прокол с регулируемой глубиной с помощью прокалывателя Микролет Некст. Неглубокий прокол быстрее заживает. Это обеспечивает минимальную травматизацию при частых измерениях 6. Время измерения всего 5 секунд 7. Технология «капиллярного забора» крови тест-полоской - тест-полоска сама всасывает небольшое количество крови 8. Срок годности тест-полосок (указан на упаковке) не зависит от момента открытия флакона с тест-полосками , 9. Большой экран 10. Автоматическая маркировка значений, полученных при измерениях, проведенных с контрольным раствором - эти значения также исключены из расчета средних показателей 11. Порт для переноса данных в PC 12. Диапазон измерений 0.6 - 33.3 ммоль/л 13. Калибровка по плазме крови 14. Батарея: две литиевые батарейки по 3 вольта, 225мАч (DL2032 или CR2032), рассчитана примерно на 1000 измерений (1 год при средней интенсивности использования) 15. Габариты

(размеры) - 77 х 57 х 19 мм (высота х ширина х толщина) 16. Вес 47,5 г 17.Бессрочная гарантия от производителя В комплекте: - Глюкометр - Устроиство для прокалывания пальца Микролет Некст - 5 стерильных ланцетов Микролет - Чехол - Дневник самоконтроля - Руководство пользователя - Краткое справочное руководство - Регистрационная карточка

Состав

Комплектация • Глюкометр Contour®Plus (КОНТУР ПЛЮС) • Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель) Microlet® (МИКРОЛЕТ Некст) • Стерильные ланцеты Microlet® (МИКРОЛЕТ): 5 шт. • Руководство пользователя • Краткое справочное руководство • Дневник • Чехол • Регистрационная карточка • Чехол

Форма выпуска

Глюкометр

Показания

Для определения уровня глюкозы в крови.

Способ применения и дозы

Вставить в устройство Microlet2 новый ланцет и закрыть его. Установить в прокалывателе нужную глубину, приложить к пальцу, затем нажать соответствующую кнопку, чтобы на поверхности кожи образовалась капля крови. Прибор включается автоматически при постановке тест-полоски (не требуется дополнительных манипуляций). Общая схема проведения анализа: вставить новую полоску для теста в порт до упора; дождаться появления символа капли на экране; проколоть скарификатором кожу (перед этим вымыть и высушить руки) и нанести капиллярную кровь из прокола пальца на край тестовой полосы; после звукового сигнала через 5 секунд появятся данные замера на экране; извлечь и выкинуть полосу (прибор автоматически выключится).

Особые указания

Необходимо помнить, что с Глюкометром Контур Плюс, используются только тест-полоски Конутр Плюс Тест-полоски Контур Плюс не входят в набор с Глюкометром Контур Плюс и приобретаются отдельно. Срок годности, указанный на упаковке, относится к Ланцетам МИКРОЛЕТ и обозначает гарантированный срок их стерильности . Сроки годности Глюкометра КОНТУР ПЛЮС и Устройства для прокалывания пальца МИКРОЛЕТ 2 не ограничены. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ