Инструкция по применению
Contour Plus Тест-полоски 25 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Германия
Производитель: Ascensia Diabetes Care
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 25

Описание

Тестовые полоски Contour®PLUS [Контур Плюс] предназначены для использования с приборами для определения уровня глюкозы в крови Contour Plus (Контур Плюс) и Contour Plus One (Контур Плюс Уан).Тест-полоски Контур Плюс - электрохимические тест-полоски для глюкометров, предназначенные и для полуколичественного in vitro анализа крови на глюкозу, и повседневного контроля гликемии.Тест-полоски Контур Плюс предназначены для того чтобы отслеживать уровень глюкозы в крови у пациентов.Багодаря тому, что при создании измерительной системы Контур Плюс использовались новейшие технологии, тест-полоски имеют ряд уникальных особенностей, повышающих точность анализа.Тест-полоски Контур Плюс с ферментом ФАД - ГДГ и новым медиатором, разработанными компанией Байер. Технология «капиллярного забора» крови тест-полоской - тест-полоска сама всасывает небольшое количество кровиХарактеристики системы:Тестируемый образец: цельная капиллярная и венозная кровьРезультат теста: относительно содержания глюкозы в плазме/сывороткеСистема Контур Плюс используется только с тест-полосками Контур Плюс для высокой точности результата:Технология «Второй Шанс» позволяет дополнительно нанести кровь на тест-полоску в случае ее недозаполненияТехнология «Без кодирования» предотвращает ошибки, связанные с введением неправильного кодаТехнические характеристики глюкометраВремя измерения, секунд 5Объем капли крови, мкл 0,6Диапазон измерений, ммоль/л 0,6 - 33,3Принцип измерения электрохимическийПамять, число измерений 480Калибровка по плазме кровиЗадание кода тест-полосок - без кодированияПравила хранения и обращения тест-полосок:Храните полоски при температуре от 0 до 30 °С.Храните полоски в оригинальном флаконе. Вынув полоску из флакона, сразу же плотно закройте его крышкой.Тщательно вымойте и высушите руки перед использованием полосок.Не используйте тестовые полоски после истечения срока годности. Срок годности обозначен на наклейке флакона, а также на коробке с тестовыми полосками. Срок годности тест-полосок (указан на упаковке) - не зависит от момента открытия флакона с тест-полосками Тест-полоски предназначены для однократного применения. Не используйте их повторно.Открыв коробку с тест-полосками, убедитесь в том, что крышка флакона надежно закрыта. Если крышка не закрыта, не используйте тест-полоскиПроверьте изделие на предмет отсутствующих, поврежденных или порванных деталей.ТЕСТ-ПОЛОСКИ КОНТУР ПЛЮСТОЧНОСТЬВозможность получать точные результаты даже при низкой концентрации глюкозыТЕХНОЛОГИЯ «ВТОРОЙ ШАНС»Можно дополнительно нанести кровь на тест-полоску в случае ее недозаполненияУСТОЙЧИВОСТЬФермент ФАД-ГДГ устойчив к действию многих распространенных веществ, влияющих на точность измеренияВ тест-полоске используется современный фермент, который практически не имеет взаимодействия с лекарствами, что обеспечивает точные измерения при приеме, например, парацетамола, аскорбиновой кислоты/витамина С

Состав

1. Тест-полоски Контур Плюс представляют собой пластиковые полоски размером 5 на 28 мм, с системой электродов на одном конце и камерой для забора крови - на другом.2. Химический состав: Флавинадениндинуклеотид-глюкозодегидрогеназа (FAD-GDH) (Aspergillus sp., 4,0 ед. на тест-полоску), 21 %, медиатор - 54%, неактивные ингредиенты 25 %.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тестовые полоски Contour®PLUS [Контур Плюс] предназначены для самостоятельного определения концентрации глюкозы в цельной крови пациентами с диабетом и медицинскими специалистами.Предназначены для использования с прибором для определения уровня глюкозы в крови Contour Plus (Контур Плюс) и Contour Plus One (Контур Плюс Уан).

Способ применения и дозы

Процедура тестирования:Подробные указания по выполнению теста приведены в руководстве по эксплуатации Contour® PLUS [Контур Плюс] и сопроводительных вкладышах.Краткая процедура теста:Извлеките из флакона тест-полоску и вставьте ее серым концом в соответствующий порт прибора. Глюкометр должен издать звуковой сигнал.Глюкометр при этом включится.На экране появится символ в виде тест-полоски с мигающей каплей крови. С помощью ручки Микролет получите каплю крови. Прикоснитесь к капле крови заборным кончиком тест-полоски. Кровь втянется в зону теста.Держите кончик тест-полоски в капле крови, пока глюкометр не издаст звуковой сигнал.Если крови недостаточно, глюкометр дважды издаст звуковой сигнал, а на экране появится изображение недозаполненной полоски. В течении 30 секунд можно добавить кровь на туже полоску.После звукового сигнала начнется 5-ти секундный обратный отсчет, затем результат измерения отобразится на экране и будет автоматически записан в память глюкометра.При этом можно поставить метки "до еды" или "после еды".После извлечения тест-полоски глюкометр автоматически отключится.

Особые указания

Contour Plus (Контур Плюс)В приборе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяют прибору каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - возможного источника ошибок.Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски,Не требует кодирования - код вручную вводить не нужно

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.