Инструкция по применению
Contour Plus Тест-полоски 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Швейцария
Производитель: Ascensia Diabetes Care
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50

Описание

Тест-полоски Контур Плюс (Contour Plus) №50 предназначены к использованию только вместе с Глюкометром Контур Плюс (Contour Plus) Описание товара Тест полоски Контур Плюс предназначены для проведения самостоятельного измерения уровня глюкозы в крови. Система Контур Плюс имеет ряд особенностей, которые обеспечивают получение точного результата сравнимого с лабораторным: Точность системы превосходит требования действующего международного стандарта ISO 15197:2013*; В системе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяет глюкометру каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - возможного источника ошибок. Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски; Система обладает технологией нанесения образца крови «Второй шанс». Данная технология дает возможность дополнительно нанести кровь на ту же тест-полоску в случае, когда первого образца крови было недостаточно - не нужно тратить новую тест-полоску. Технология "Второй шанс" экономит время и деньги Глюкометр имеет большой экран, а также позволяет настраивать звуковые напоминания об измерении после еды, что помогает в рабочей суматохе вовремя измерить сахар крови Требуется маленькая капля крови всего 0,6 мкл – ее будет достаточно для получения точного результата Система проводит измерение всего за 5 секунд, что дает возможность быстро получить результат, что особенно важно при гипогликемиии Технические характеристики системы Контур Плюс: I. Обеспечивающие точность, сравнимую с лабораторной: 1. В приборе используется Мультиимпульсная технология, которая сканирует каплю крови

несколько раз и выдает более точный результат 2. Прибор обеспечивает надежность в широких климатических условиях: рабочий диапазон температур 5С - 45, влажность 10 93% отн. влажности, высота над уровнем моря до 6300 м 3. В тест-полоске используется современный фермент, который практически не имеет взаимодействия с лекарствами, что обеспечивает точные измерения при приеме, например, парацетамола, аскорбиновой кислоты/витамина С 4. Система выполняет автоматическую коррекцию результатов измерений при гематокрите от 0 до 70% - это позволяет получать высокую точность при широком диапазоне гематокрита, который может быть понижен или повышен в результате различных заболеваний 5.Принцип измерения - электрохимический II. Обеспечивающие удобство использования: 1. В системе используется технология "Без кодирования". Данная технология позволяют глюкометру каждый раз, когда вставляется тест-полоска, кодироваться автоматически, тем самым устраняется необходимость ручного ввода кода - возможного источника ошибок. Не нужно тратить время на ввод кода или кодового чипа/полоски; Не требует кодирования - код вручную вводить не нужно 2. Система обладает технологией нанесения образца крови «Второй шанс», которая позволяет дополнительно нанести кровь на ту же тест-полоску в случае, когда первого образца крови было недостаточно - не нужно тратить новую тест-полоску. Технология "Второй шанс" экономит время и деньги. 3. Система имеет 2-х режима работы: основной (L 1) и расширенный (L 2). Возможности прибора при использовании Основного режима: - Краткая информация о повышенных и пониженных значениях за 7 дней. (HI-LO) - Автоматический расчет среднего показателя за 14 дней,- Память, вмещающая результаты 480 последних измерений. Возможности прибора при использовании Расширенного режима (L 2): - Настраиваемые напоминания о проведении тестирования через 2.5, 2, 1.5, 1 часа после еды, - Автоматический расчет среднего показателя за 7, 14, 30 дней, - Память, вмещающая результаты последних 480 измерений. - Метки «До еды» и «После еды», - Автоматический расчет среднего показателя до и после еды за 30 дней. - Краткая информация о повышенных и пониженных значениях за 7 дней. (HI-LO) - Личные настройки высоких и низких значений 4. Маленький размер капли крови, всего 0,6 мкл, функция детекции «недозаполнения» 5. Практически безболезненный прокол с регулируемой глубиной с помощью прокалывателя Микролет Некст - Неглубокий прокол быстрее заживает. Это обеспечивает минимальную травматизацию при частых измерениях 6. Время измерения всего 5 секунд 7. Технология «капиллярного забора» крови тест-полоской - тест-полоска сама всасывает небольшое количество крови 8. Возможность взятия крови из альтернативных мест (ладонь, плечо) 9. Срок годности тест-полосок (указан на упаковке) не зависит от момента открытия флакона с тест-полосками 10. Большой экран 11. Автоматическая маркировка значений, полученных

при измерениях, проведенных с контрольным раствором - эти значения также исключены из расчета средних показателей 12. Диапазон измерений 0.6 - 33.3 ммоль /л 13. Калибровка по плазме крови

Состав

Тест-полоски Контур Плюс представляют собой пластиковые полоски размером 5 на 28 мм, с системой электродов на одном конце и камерой для забора крови- на другом. Химический состав: Флавинадениндинуклеотид-глюкозодегидрогеназа (FAD-GDH) (Aspergillus sp., 4,0 ед. На тест-полоску), 21 %; медиатор – 54%,   неактивные ингредиенты 25 %.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски Контур Плюс предназначены для самостоятельного определения концентрации глюкозы в цельной крови пациентами с диабетом и медицинскими работниками. *При среднем измерении 4 раза в день

Способ применения и дозы

Процедура тестирования: Подробные указания по выполнению теста приведены в руководстве по эксплуатации Contour® PLUS [Контур Плюс] и сопроводительных вкладышах. Краткая процедура теста: Извлеките из флакона тест-полоску и вставьте ее серым концом в соответствующий порт прибора. Глюкометр должен издать звуковой сигнал. Глюкометр при этом включится.На экране появится символ в виде тест-полоски с мигающей каплей крови. С помощью ручки Микролет получите каплю крови. Прикоснитесь к капле крови заборным кончиком тест-полоски. Кровь втянется в зону теста. Держите кончик тест-полоски в капле крови, пока глюкометр не издаст звуковой сигнал.Если крови недостаточно, глюкометр дважды издаст звуковой сигнал, а на экране появится изображение недозаполненной полоски. В течении 30 секунд можно добавить кровь на туже полоску. После звукового сигнала начнется 5-ти секундный обратный отсчет, затем результат измерения отобразится на экране и будет автоматически записан в память глюкометра. При этом можно поставить метки "до еды" или "после еды". После извлечения тест-полоски глюкометр автоматически отключится.

Условия хранения

Храните полоски при температуре от 0 до 30 °C Храните полоски в оригинальном флаконе. Вынув полоску из флакона, сразу же плотно закройте его крышкой Тщательно вымойте и высушите руки перед использованием полосок Не используйте тестовые полоски после истечения срока годности. Срок годности обозначен на наклейке флакона, а также на коробке с тест - полосками Тест-полоски предназначены для однократного применения. Не используйте их повторно Открыв коробку с тест-полосками, убедитесь в том, что крышка флакона надежно закрыта. Если крышка не закрыта, не используйте тест-полоски