Инструкция по применению
Contour TS Тест-полоски 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Швейцария
Производитель: Ascensia Diabetes Care
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50



Описание

Те

Состав

Тест-

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски Контур ТС предназначены для самостоятельного определения концентрации глюкозы в цельной крови пациентами с диабетом и медицинскими работниками.

Способ применения и дозы

Тест-полоски Contour TS предназначены для использования с прибором измерения уровня глюкозы в крови Contour TS.Прежде чем взять полоску, тщательно вымойте, сполосните и высушите руки.Тест-полоски предназначены только для одноразового применения. Не используйте их повторно.Причиной получения неверных результатов при измерении уровня глюкозы в переферической крови могут являться такие клинические факторы как состояние шока, тяжелая форма гипотонии, гиперосмолярная гипергликемия и сильное обезвоживание.Изначально результаты в измерительном приборе отображаются в ммоль/л. Значения в ммоль/всегда имеют десятичную точку (например 5,3 ммоль/л), значения в мг/дл не имеют десятичной точки (например 96 мг/дл). Уровень глюкозы ниже 2,8 ммоль/л или выше 13,9 ммоль/л может указывать на ухудшение состояния здоровья пациента. Если отображается результат ниже 2,8 ммоль/л или выше 13,9 ммоль/л, немедленно обратитесь к медицинскому специалисту.

Противопоказания

Ослабленное периферическое кровообращение.

Взаимодействие с другими препаратами

Липемический препарат: показания могут быть завышенными при концентрации холестерина >13,0 ммоль/л или при концентрации триглицеридов >33,9 ммоль/л. Растворы для перитонеального диализа: интерференция между тест-полосками Contour TS и икодекстрином отсутствует.Ксилоза: не выполняйте измерения во время проведения теста на абсорбцию ксилозы или сразу после него. Наличие ксилозы в крови приводит к интерференции.Консерванты: медицинским специалистам рекомендуется собирать пробы крови в пробирки с гепарином. Использование других антикоагулянтов или консервантов недопустимо.Прежде чем выбрать лекарственный препарат или его дозировку на основании измерения уровня глюкозы в крови с помощью системы Contour TS всегда консультируйтесь с медицинским специалистом.

Особые указания

Высота в пределах 3048 м не оказывает существенного влияния на результаты. Снижение концентрации веществ, появляющихся в крови естественным образом (мочевая кислота, билирубин) или накапливающаяся в ходе лечения (аскорбиновая кислота, ацетаминофен) не оказывают существенного влияния на результаты.

Условия хранения

Храните полоски при температуре от 9 до 30 °C. Храните полоски в оригинальном флаконе. Вынув полоску из флакона, сразу же плотно закройте его крышкой. Тщательно вымойте и высушите руки перед использованием полосок. Не используйте тестовые полоски после истечения срока годности. Срок годности обозначен на наклейке флакона, а также на коробке с тестовыми полосками. Тестовые полоски предназначены для однократного применения. Не используйте их повторно. Открыв коробку с тест-полосками, убедитесь в том, что крышка флакона надежно закрыта. Если крышка не закрыта, не используйте тестовые полоски.