Инструкция по применению
Amrus AMUC 02 Костыли подмышечные телескопические средние с УПС

Характеристики

Форма выпуска: Костыли
Страна: Россия
Производитель: Amrus
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Подмышечные костыли облегчают самостоятельное передвижение и обеспечивают безопасность при ходьбе людям после операций и травм нижних конечностях. Костыли перераспределяют нагрузку с нижних конечностей и повышают устойчивость при ходьбе во время реабилитации. Максимальная нагрузка на изделие 150 кг, что соответствует массе пользователя 100 кг.Характеристики:Модель - AMUC 02 (пара) Рост пользователя, см - 157 – 178Высота костыля min-max, см - 112,2-132,8Масса пользователя, кг - 100Максимальная нагрузка на изделие, кг - 150Телескопическая конструкция - Есть, шаг 2,5 см.Корпус - ЦельнолитыеМатериал корпуса - Легкий прочный алюминиевый сплав, устойчивый к коррозииМатериал рукояти и валиков - Вспененный ПВХ, обладающий низкой теплопроводимостьюВозможность регулировки - Да (высота подмышечного валика)Наконечник - Съемный из нескользящего пластика

Состав

Материал корпуса - легкий прочный алюминиевый сплав, устойчивый к коррозииМатериал рукояти и валиков - вспененный ПВХ, обладающий низкой теплопроводимостью

Форма выпуска

Костыли

Показания

Костыли служат для увеличения устойчивости пользователя при ходьбе и уменьшения нагрузки на ноги за счет переноса ее на верхнюю часть туловища и руки.

Способ применения и дозы

Подбор подмышечных костылейПодбор конструкций с опорой на подмышку основывается на росте пациента.При этом учитывается расстояние от его кончика до места, где изделие упирается в подмышку, а также положение ручки, за которую держится кисть.Как подобрать костыли подмышечные по росту:Пациент должен принять положение стоя, и быть обут в привычную обувь.Изделие нужно установить на расстоянии около 20 см от ноги.Необходимо измерить расстояние от подмышки до верхушки изделия - при правильном подборе костыля оно будет находиться в пределах 5 см.При расслабленных руках перекладина, за которую держится ладонь должна оказаться примерно на уровне запястья.Чтобы правильно её отрегулировать, нужно согнуть руку в локте под углом в 30°, ладонь при этом сжимается в кулак.Если пациент все еще нуждается в опоре для того, чтобы стоять, изделие для него можно подобрать по следующей формуле: рост минус 40 см.Однако в этом случае изделие понадобится подогнать.Чтобы понять, правильно ли подобраны конструкции, нужно попробовать походить на них.Если во время движения со временем начинают болеть плечи, это говорит о том, что они слишком высокие.Если же плечи относительно расслаблены, но чувствуется усталость в руках, значит, костыли наоборот слишком низкие.

Противопоказания

Выраженные нарушения статики и координации движения. Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата. Потеря функциональности верхних конечностей. Психические расстройства. Наркотическое или алкогольное опьянение.