Инструкция по применению
Костыли подмышечные Amrus AMUC01

Характеристики

Форма выпуска: Костыли
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Р.Пун Медикал Продактс (Мингуан)
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Костыли AMUC 01 подмышечные под рост пользователя 130 - 150 см. Облегчают самостоятельное передвижение и обеспечивают безопасность при ходьбе людям после операций и травм нижних конечностях. Костыли перераспределяют нагрузку с нижних конечностей и повышают устойчивость при ходьбе во время реабилитации. Характеристики Модель - AMUC 01 Рост пользователя – 130-150 см Комплектация – 2 шт Тип – подмышечные Корпус - цельнолитой Материал корпуса - легкий прочный алюминиевый сплав, устойчивый к коррозии Материал рукояти и валиков - вспененный ПВХ, обладающий низкой тепло проводимостью Конструкция - телескопическая, с шагом 2,5 см. Регулировка – есть (высота подмышечного валика) Общая длина изделия – от 93 до 113 см Расстояние от подмышечной опоры до рукояти - от 21 до 36 см Максимальная нагрузка – 100 кг Вес изделия - 1,8 кг Гарантия – 1 год Страна происхождения – Китай Производитель - Amrus Enterprises Ltd., США Бренд – AMRUS

Состав

Материал корпуса Легкий прочный алюминиевый сплав, устойчивый к коррозииМатериал рукояти и валиков Вспененный ПВХ, обладающий низкой теплопроводимостью

Форма выпуска

Костыли

Показания

Костыли служат для увеличения устойчивости пользователя при ходьбе и уменьшения нагрузки на ноги за счет переноса ее на верхнюю часть туловища и руки.

Способ применения и дозы

Подбор подмышечных костылейПодбор конструкций с опорой на подмышку основывается на росте пациента. При этом учитывается расстояние от его кончика до места, где изделие упирается в подмышку, а также положение ручки, за которую держится кисть.Как подобрать костыли подмышечные по росту:Пациент должен принять положение стоя, и обут в привычную обувь.Изделие нужно установить на расстоянии около 20 см от ноги.Необходимо измерить расстояние от подмышки до верхушки изделия - при правильном подборе костыля оно будет находиться в пределах 5 см.При расслабленных руках перекладина, за которую держится ладонь должна оказаться примерно на уровне запястья. Чтобы правильно её отрегулировать, нужно согнуть руку в локте под углом в 30°, ладонь при этом сжимается в кулак.Если пациент все еще нуждается в опоре для того, чтобы стоять, изделие для него можно подобрать по следующей формуле: рост минус 40 см. Однако в этом случае изделие понадобится подогнать.Чтобы понять, правильно ли подобраны конструкции, нужно попробовать походить на них. Если во время движения со временем начинают болеть плечи, это говорит о том, что они слишком высокие. Если же плечи относительно расслаблены, но чувствуется усталость в руках, значит, костыли наоборот слишком низкие.

Условия хранения

В защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.