Инструкция по применению
Ланцеты IME-DC 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ланцеты
Страна: Германия
Производитель: IME-DC GmbH
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100



Описание

Компания IME-DC - разработчик и производитель портативных глюкометров, предназначенных для диагностики, аксессуаров и комплектующих к ним.Ланцеты одноразовые IME-DC - сменные одноразовые ланцеты (или скарификаторы) с трехгранной копьевидной заточкой для автопрокалывателяУниверсальные одноразовые ланцеты IME-DC 30G (0,3 мм) - 100 штук в индивидуальной стерильной упаковкеУльтратонкие ланцеты IME-DC позволяют максимально уменьшить болевые ощущения при взятии образца крови.Особенности продукции: Ультратонкая игла 30G (0,3 мм) Максимально безболезненный прокол Подходят для большинства автопрокалывателей Стерильны Прошли все необходимые испытания и получили разрешительную документациюПрименяются с большинством многоразовых устройств для взятия капиллярной крови (автопрокалывателей).Одноразовые ланцеты IME-DC соответствуют стандартам РФ.Универсальные ланцеты используются в устройствах для прокалывания пальца: Ручка прокалыватель пальца Авто-Лансет (Auto-Lancet), КлеверЧек (Clever Chek), Ручка прокалыватель пальца АйЧек (iCheck), Ручка прокалыватель пальца Бионайм (Bionime), Ручка прокалыватель пальца ВанТач (OneTouch), Ручка прокалыватель пальца ВанТач УльтраСофт (OneTouch UltraSoft), Ручка прокалыватель пальца ИзиТач (EasyTouch), Ручка прокалыватель пальца ИМЕ-ДиСи (IME-DC), Ручка прокалыватель пальца Микролет (Microlet), КонтурТС (Contour TS), Ручка прокалыватель пальца Сателлит, Ручка прокалыватель пальца СенсоКард (SensoCard), Ручка прокалыватель пальца Фристайл Ланцет Девайс (Freestyle Lancing Device), Ручка прокалыватель пальца Фристайл (Freestyle), Ручка прокалыватель пальца БД Ланцет Девайс (BD Lancet device).Внимание!!! Универсальные ланцеты не подходят к автопрокалывателям марки Акку-Чек(Accu-Chek) и для автопрокалывателя One Touch Delica (ВанТач Делика)Прокалывателем следует пользоваться только одному человеку - в противном случае это несет определенный риск заражения.

Состав

Высококачественная медицинская сталь, стерильные

Форма выпуска

Ланцеты

Показания

Используются для современного, безболезненного взятия капиллярной крови у пациентов

Способ применения и дозы

Тщательно вымойте руки теплой водой для усилеиия циркуляции крови в пальцах. Высушите руки до полного высыхания. Пожалуйста, внимательно прочтите все шаги инструкции.Как проколоть палец: Возьмите автопрокалыватель так, чтобы большой палец был в углублении для захвата, потом наконечник отодвиньте движением сверху вниз. Защитный колпак ланцета поверните на четверть оборота, только пока не снимайте колпачок. С некоторым усилием ланцет введите в прокалыватель до звучного щелчка, так конструкция будет поставлена на взвод. Для взвода еще можете потянуть и опустить ручку. Защитный колпачок иглы на этом этапе можно открутить. Но не выбрасывайте сразу, он еще пригодится для утилизации ланцета. Наденьте на прокалыватель регулируемый наконечник. На глубину прокола влияет положение поворотной части наконечника, и прилагаемого давления на зону прокола. Глубина прокола регулируется поворотной частью самого наконечника.Как сделать прокол кожи: Наконечник прокалывателя прижмите плотно к подушечке пальца, большим пальцем нажимайте на голубую кнопочку спуска. Другой рукой с некоторым усилием пройдитесь по пальцу в направлении участка прокола, чтобы выжать каплю крови. Рядом с участком прокола кожу не сжимайте. Тест начинайте, используя вторую каплю (первую уберите ваткой, в ней много межклеточной жидкости, мешающей достоверному анализу). Если капли недостаточно, глюкометр оповещает об этом звуковым сигналом, на экране можно увидеть изображение не до конца заполненной полоски. Но все же старайтесь использовать сразу нужную дозировку, потому как добавление биологической жидкости на полоску иногда мешает чистоте исследования.

Особые указания

ВНИМАНИЕ!!! Даже если только вы сами - единственный пользователь глюкометра и автопрокалывателя, старайтесь каждый раз для измерения брать новый ланцет, так как использованный уже не стерилен.Сложностей нет - тем не менее, соблюдайте осторожность. Обязательно утилизируйте использованные расходники. Это потенциальный источник инфекции, потому его нужно своевременно убрать. Ланцеты, ни новые, ни уже использованные, не должны быть в зоне доступа детей.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре, вдали от прямых солнечных лучей.