Инструкция по применению
Lauma Бинт эластичный средней растяжимости 3,5 м х 8 см 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Бинт
Страна: Латвия
Производитель: Лаума Фабрикс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Тканый, средней растяжимости (100%-150%), с 2-мя застежками, возможность многократного использования после стирки, натуральный состав (96% хлопок). Эластичный медицинский бинт средней степени растяжимости применяется для профилактики и лечения хронических венозных воспалительных процессов в до- и послеоперационный периоды, для профилактики образования гематом и удержания эндопротезов в стабильном состоянии при пластических операциях, а также для профилактики и лечения травм, связанных со спортом. Не имеет аналогов.

Состав

96% хлопок, 4% эластан.

Форма выпуска

Бинт

Показания

Для бинтования конечностей при варикозной болезни, заболеваниях и повреждениях суставов и связочного аппарата.

Способ применения и дозы

Для достижения необходимого функционального результата, которого хотят добиться от применения эластического компрессионного бандажа, важно соблюдать следующие требования эластического бинтования нижних конечностей: 1. Эластическое бинтование необходимо выполнять утром, до подъема с кровати, лучше лежа в постели. 2. Повязку необходимо накладывать при тыльном сгибании стопы, равномерными витками без складок, чтобы исключить травму кожи при движении. 3. Повязку всегда необходимо начинать от проксимальных суставов пальцев стопы с обязательным бинтованием пятки и формированием витком бинта т.н. замка, что исключит соскальзывание бинта при ходьбе. 4. Рулон бинта необходимо раскручивать наружу в непосредственной близости от кожных покровов, что позволит исключить перерастягивание бинта и создание слишком высокой компрессии. 5. Каждый тур бинта должен перекрывать предыдущий на 30 - 50%. 6. Для лучшей фиксации эластического бинта на конечности, особенно на бедре, необходимо пользоваться наложением туров бинта попеременно в восходящем и нисходящем направлениях с формированием т.н. елочки. 7. Проксимальный край компрессии должен на 10-15 см быть выше зоны клапанной недостаточности сегмента конечности. 8. При наложении эластического бандажа в местах естественной деформации (область лодыжек) формы конечности, необходимо моделировать цилиндрический профиль конечности, используя латексные и поролоновые валики. При правильно наложенной компрессионной повязке в покое кончики пальцев слегка синеют, а при начале движения восстанавливают свой обычный цвет. После наложения эластической повязки боль ного просят походить в течение 20—30 минут. Появление онемения пальцев стопы, ощущение пульсации под бинтами, появление болей означают неправильный выбор степени компрессии эластического бандажа и необходимость ее коррекции.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия