Инструкция по применению
Лейкопластырь Верофарм катушка 3 х 500 см

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Липкая полоска основы (ткани ацетатной или эластичной, или хлопчатобумажной, или нетканого материала, или пленки) белого или телесного цвета с антиадгезионным защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю или без шпули. Края лейкопластыря могут иметь фигурную форму.

Состав

В качестве клеевого слоя используется акрилатный клей (эмульсия акриловая, аммиак водный или аммиак водный особой чистоты или Rheovis VP 1231) или термоплавкий клей, в качестве основы используется ткань ацетатная или эластичная, или хлопчатобумажная, или нетканый материал, или пленка, в качестве защитного покрытия используется материал антиадгезионный или бумага силиконизированная.

Форма выпуска

Пластырь

Показания

Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» предназначен для закрепления повязок на ранах, фурункулах и т.д., а также для фиксации трубок, зондов, катетеров и других предметов медицинского назначения.

Способ применения и дозы

От лейкопластыря отрезать полоску необходимого размера. Клейкой стороной наложить на повязку, трубку, зонд и т.д. Края полоски прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий».

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить.

Взаимодействие с другими препаратами

Лейкопластырь фиксирует повязки, трубки, зонды, катетеры и другие предметы медицинского назначения.

Особые указания

Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания: Исследование применения Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий» для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Исследования о возможном влиянии Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий» на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Срок хранения после открытия

Гарантийный срок годности Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий» без защитного покрытия - 4 года со дня изготовления, Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий» с защитным покрытием - 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения

Не использовать по истечении срока годности. Хранить в местах недоступных для детей.