Инструкция по применению
Маример аспиратор назальный детский

Характеристики

Форма выпуска: Аспиратор
Страна: Франция
Производитель: Лаборатории Жильбер
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Принцип действия аспиратора очень прост: вставив конец трубочки в ноздрю ребенка, мама сама может регулировать силу втягивания, так как другой конец трубочки ведет в специальный резервуар, из которого мама выдувает воздух. Вставив наконечник в ноздрю ребенка, мама сама регулирует интенсивность всасывания. Прозрачный корпус позволяет следить за процессом, да и малыши к этому аспиратору относятся более спокойно. Конструкция аспиратора обеспечивает полную гигиеничность и безопасность процедуры как для ребенка, так и для взрослого. Откачанная из носика младенца слизь собирается в специальном резервуаре, из которого она не сможет попасть ни обратно в нос малыша, ни в рот родителя.

Форма выпуска

Аспиратор

Показания

Маример Аспиратор способствует удалению слизи из полости носа.

Способ применения и дозы

Подготовьте аспиратор: 1. Вымойте руки. 2. Соберите аспиратор по вышеприведенной схеме. 3. Положите ватный диск, который служит фильтром между наконечником и корпусом аспиратора. Подготовьте ребенка: Положите ребенка на пеленальный столик и приподнимите ему голову. Утолщенный кончик мундштука зажмите между зубами. Вставьте наконечник в один из носовых ходов ребенка. Осторожно втягивайте воздух равномерными вдохами через мундштук. Слизистые выделения будут скапливаться в корпусе аспиратора на ватном диске. При необходимости повторите процедуру несколько раз. Повторите процедуру для другого носового хода. Для большей эффективности перед удалением слизистых выделений с помощью аспиратора рекомендуется провести промывание носовой полости, например, раствором морской воды Маример, капли назальные. Советы по уходу за аспиратором: После каждого использования следует разобрать аспиратор, тщательно вымыть детали теплым мыльным раствором и ополоснуть чистой водой. В целях гигиены перед использованием следует стерилизовать наконечник холодом или паром. Не кипятить. Перед первым использованием аспиратора: Разобрать, тщательно вымыть детали теплым мыльным раствором и ополоснуть чистой водой. Наконечник простерилизовать холодом или паром.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.