Инструкция по применению
Метуракол Губка 90 мм х 90 мм

Характеристики

Форма выпуска: Губка
Страна: Россия
Производитель: Белкозин
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Основные технические характеристики«Губка для закрытия ран «Метуракол» по ТУ 9393-002-16794798-2013» (далее по тексту «Метуракол») предназначена для закрытия раневых поверхностей и обладает противовоспалительным действием. Изделие может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту.«Метуракол» размер (90,0±5,0)х(90,0±5,0) мм и толщиной (10,0±3,0) мм.Упаковывают изделие по 1 шт. в двухслойные полиэтиленовые пакеты или контейнеры из упаковочных материалов, разрешённых для упаковки медицинских изделий, обеспечивающие стерильность и сохранность изделий.«Метуракол» в индивидуальной упаковке вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.Изделия подвергают радиационной стерилизации.Срок годности 4 года со дня стерилизации.

Состав

Изделие изготавливается из раствора коллагена 2% по ТУ 9389-010-16794798-2013 (производитель ЗАО «Фармацевтический научно производственны центр «Белкозин») и метилурацила 5% (ФСП ЛС-001587-050711).Изделие представляет собой пластины белого цвета пористой структуры, с незначительным запахом уксусной кислоты, с рельефной поверхностью,pH водной вытяжки от 4,5 до 6,5, содержание влаги - не более 18%.

Форма выпуска

Губка

Показания

Трофические язвы. Пролежни. Глубокие и длительно незаживающие раны. Поверхностные ожоги кожи.

Способ применения и дозы

Порядок работы изделияНаружно.Рану предварительно необходимо обработать раствором антисептика и удалить остатки некротических тканей.При наличии гнойного отделяемого изделие рекомендуется сочетать с антисептическими растворами, например, диоксидина, смачивая им губку.Изделие извлекают из упаковки непосредственно перед употреблением, соблюдая правила асептики. Количество и размер изделия выбирают, в соответствии с площадью и глубиной раны. При необходимости «Метуракол» режут на куски нужного размера и формы.Он должен плотно прилегать ко всей поверхности раны и выходить за ее края на 1-1,5 см. При необходимости «Метуракол» закрывают фиксирующей повязкой или двумя слоями марли.Частота перевязок зависит от глубины и площади раневой поверхности, интенсивности экссудации и наличия некротических масс.Состояние раны контролируют 1 раз в день при незначительном количестве отделяемого и 2 раза в день при обильном.Изделие, полностью пропитанное отделяемым раны, удаляют, и заменяют новым.Если изделие в ране сухое, перевязку рекомендуется производить 1 раз в 2-3 дня.Курс лечения проводят до полной эпителизации, или заполнения раны грануляционной тканью на всю глубину.Однократного применения.Инструкции по утилизацииУтилизация изделия должна проводиться согласно документам, регламентирующих обращение с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами). В бытовых условиях относится к ТБО.Гарантии изготовителяПредприятие-изготовитель гарантирует соответствие губок требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Наличие в ране избыточных грануляций.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.