Инструкция по применению
Microlife Ингалятор NEB-200 компрессорный

Характеристики

Форма выпуска: Ингалятор
Страна: Австрия
Производитель: Микролайф
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

NEB 200 Active от Microlife - это ежедневный компрессорный небулайзер, подходящий для всей семьи. Его удобный компактный размер позволяет легко транспортировать и хранить небулайзер, не занимая слишком много места. Эффективное лечениеДля верхних и нижних дыхательных путейБыстрое лечениеВысокоскоростной небулайзер для кратковременных ингаляцийПростое использование с одной кнопкойПодходит для всей семьиФункциональные преимущества Компактный и удобный Надежный поршневой насос Быстрое и эффективное лечение Для всей семьи Поставляется с лицевыми масками для взрослых и детей, мундштуком, насадкой для носа, 5 шт. запасных фильтров и сумка для переноскиХарактеристики: диаметр частиц: 2,8 мкм, производительность: 0,4 мл /мин, воздушный поток (л/мин): максимальный — 15, рабочий — 5,3, объём камеры: 8 мл, уровень шума: 52 дБ, питание: от сети 230 В, 50 Гц, габариты: 103x160x140 мм, вес: 1306 г, Принцип действия: компрессор подаёт мощный поток воздуха в специальную камеру. Сильная струя воздуха разбивает лекарственный препарат на сверхмалые частицы. В таком виде через маску или мундштук лекарственное средство поступает к пациенту в организм.

Состав

В комплектацию входят: компрессор, маски детская и взрослая, распылитель, мундштук, насадка для носа, воздуховод, провод питания, пять воздушных фильтров, дорожная сумка.

Форма выпуска

Ингалятор

Особые указания

Во избежание распространения инфекций необходимо проводить очистку всех комплектующих после каждого применения.Используйте мягкую сухую ткань или неабразивные чистящие средства для очищения компрессора. Убедитесь, что внутренние части прибора не подвержены контакту с жидкостями, и что вилка отсоединена от розетки.Чистка и дезинфекция принадлежностейСледуйте инструкциям по чистке и дезинфекции принадлежностей, так как это очень важно для правильной работы прибора и успешной терапии.Перед и после каждого использования Разберите распылитель 5, повернув против часовой стрелки, и извлеките конус. Промойте компоненты разобранного распылителя, мундштук и насадкудля носа AL под проточной водой, поместите в кипящую воду на 5 минут. Соберите компоненты распылителя и присоедините воздушный шланг, включите прибор и дайте ему поработать 10-15 минут.Промывайте маски и воздушный шланг теплой водой.Используйте холодные жидкости для дезинфекции, следуя инструкциям производителя.Не кипятите и не автоклавируйте воздушный шланг и маски.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей и защищенном от света месте.