
Инструкция по применению
НАБОР ТЕСТ LECCURATE ЭКСП.-АН. А/ТЕЛ К SARS-COV2 IGG/IGM +СКАРИФ. +СПИРТ.САЛФ.

Характеристики

Форма выпуска: Экспресс-тест
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Бейджинг Лепу Медикал Технолоджи
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

Индивидуальные тестовые устройства, пипетка, ланцет, спиртовая салфетка, буферный (физраствор) раствор, инструкция по применению.

Форма выпуска

Экспресс-тест

Показания

Симптомы ОРВ, подозрения на COVID-19.

Способ применения и дозы

Перед началом проведения теста доведите температуру тестового устройства, образца исследуемой жидкости и буферной жидкости до значения в диапазоне 15-30 С (комнатная температура). Извлеките тестовое устройство из герметичного пакета, поместите его на чистую и ровную поверхность и сразу приступайте к проведению теста. Для образцов сыворотки и плазмы: с помощью пипетки возьмите примерно 10 мкл сыворотки или плазмы и перенесите их в лунку для образца (S). Добавьте в лунку (S) 2 капли буферной жидкости (примерно 80 мкл) и запустите таймер. См. иллюстрацию ниже. Для образцов цельной крови из вены или из пальца: с помощью пипетки или капиллярной трубки возьмите примерно 20 мкл крови и перенесите их в лунку для образца (S). Добавьте в лунку (S) 2 капли буферной жидкости (примерно 80 мкл) и запустите таймер. Дождитесь появления окрашенных линий. Считывайте результат не ранее, чем через 10 минут, и не позднее, чем через 20 минут.

Особые указания

Положительным считается результат, когда окрашенная линия проявилась в одной из зон IgG или IgM или когда полоски проявились в обеих зонах. Отсутствие каких-либо линий в зонах IgG и IgM указывает на отрицательный результат. Результат тестирования считается действительным только в случае, если проявилась линия в контрольной зоне (C). Линия в контрольной зоне (C) указывает на то, что был использован надлежащий объем исследуемой жидкости, и произошло смачивание мембраны.

Условия хранения

Согласно рекомендациям инструкции.