Инструкция по применению
ОУФК-09-1 Облучатель ультрафиолетовый кварцевый

Характеристики

Форма выпуска: Облучатель
Страна: Россия
Производитель: Горьковский завод аппаратуры связи им.А.С.Попова
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

КомплектацияОблучатель ультрафиолетовый бактерицидный для местного облучения ОУФК-09Очки защитные открытые О37-УФ Универсал ТитанТубус с выходным отверстием Ø5 ммТубус выходным отверстием Ø15 ммТубус с выходным отверстием под углом 60 0Сумка для храненияРуководство по эксплуатацииИнструкция по применению

Форма выпуска

Облучатель

Условия хранения

Аппарат ОУФК-09-1 следует хранить в сухом, чистом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 80%, вдали от источников тепла, солнечных лучей и агрессивных химических веществ. Устройство должно быть размещено в оригинальной упаковке или защитном футляре, чтобы предотвратить попадание пыли и механические повреждения. Хранение рядом с магнитными полями, вибрациями и сильными электромагнитными излучениями не рекомендуется. Резкие перепады температуры могут привести к образованию конденсата, что также следует избегать. Перед длительным хранением необходимо отключить аппарат от сети, очистить его мягкой сухой тканью или щёткой, избегая попадания влаги на электрические компоненты. В случае необходимости можно удалить загрязнения слегка влажной тканью, при этом прибор должен полностью высохнуть перед упаковкой.