Инструкция по применению
Сателлит Тест-полоски для глюкометра 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Россия
Производитель: КОМПАНИЯ ЭЛТА
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50

Описание

Тест полоски ПКГЭ-02 "Сателлит" для портативного экспресс-измерителя глюкозы в крови ПКГ-02 Сателлит. Определение уровня глюкозы в тест-полосках Сателлит основано на электрохимическом методе. Каждая тест полоска Сателлит служит для проведения одного измерения. Каждая тест-полоска в индивидуальной упаковке.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Тест-полоски предназначены для использования с глюкометрами серии Сателлит для количественного измерения уровня глюкозы в цельной крови.

Способ применения и дозы

Надорвать края индивидуальной упаковки полоски и удалить часть упаковки, закрывающей ее контакты. Вставить полоску контактами вверх до отказа в прибор и снять оставшуюся часть упаковки. Каплю крови и нанести на рабочую зону полоски так, чтобы капля покрывала всю рабочую зону. Прибор обнаружит каплю крови, отсчитает 40 секунд и выведет показание на экран.

Особые указания

Тест-полоска предназначена только для однократного применения. Перед использованием тест-полосок внимательно прочтите информацию на листке-вкладыше. Храните тест-полоски в сухом прохладном месте при температуре, не превышающей 30-С, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не замораживайте. Избегайте попадания грязи или пищи на зону теста тест-полоски. Не используйте тест-полоски после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не сгибайте, не разрезайте и не деформируйте тест-полоски. Упакованы по 5 штук. Таким образом при вскрытии одного блистера открываются только 5 полосок, а остальные остаются в упакованном виде. Это очень удобно, потому что таким образом значительно продляется возможный срок использования тест полосок.