Инструкция по применению
SelfyCheck Prim тест-полоски 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Тайвань
Производитель: Тайдок Технолоджи Корпорэйшен
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50



Описание

Тест-полоски Селфи Чек Прим №50 (SelfyCheck Prim) предназначены для самостоятельного определения уровня глюкозы в свежей цельной капиллярной крови, взятой из пальца, ладони, плеча и предплечья в домашних условиях и при нахождении в медицинской организации. Применяются совместно с высокоточным глюкометром Селфи Чек Прим (SelfyCheck Prim) от российского производителя «Герофарм». В упаковке: 50 штук тест-полосок. Тест-полоски SelfyCheck Prim и их особенности используется самый современный и точный электрохимический метод измерения, автоматический забор крови, благодаря капиллярной структуре, минимальный объем капли крови: 0,5 мкл, высокая скорость получения результата – 5 сек., фермент на тестах – глюкозодегидрогеназа, точность системы соответствует требованиям стандарта ISO 15197:2013 (ГОСТ Р ИСО 15197-2015), калибровка по плазме, не требуют ручного кодирования, широкий диапазон измерений: 1,1 – 36,1 ммоль/л, диапазон гематокрита: 35 – 60%, подсветка места введения тест-полосок (данная функция значительно облегчает проведение тестирования в условиях недостаточной освещенности и у пациентов со сниженным зрением), метки измерений «до еды» и «после еды», сигнал «кетоновое предупреждение» при высоком значении уровня гликемии (данный сигнал служит рекомендацией пациенту определить уровень кетонов в моче), кнопка автоматического удаления тест-полосок (позволяет удалять использованную полоску после проведенного теста без контакта с ней). Особенно удобно для людей с нарушениями мелкой моторики, расчет средних результатов за 7, 14, 21, 28, 60, 90 дней, память на 1000 результатов измерений с датой и временем, память на 1000 результатов измерений с датой и временем, ПО для анализа данных.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Основные показания для применения медицинского изделия - сахарный диабет 1 и 2 типа.

Способ применения и дозы

Вводим тест-полоску SelfyCheck Prim в тестовое гнездо глюкометра – прибор готов к измерению, подносим систему к капельке крови свободным концом тест-полоски, нужный объем крови втянется автоматически, через 5 секунд результат измерения отобразится на дисплее прибора.

Условия хранения

Надлежащая температура хранения тест-полосок от +2 °С до +30 °С, не более 85% относительной влажности.