Инструкция по применению
SelfyCheck Regular Тест-полоски 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Тест-полоски
Страна: Тайвань
Производитель: Тайдок Технолоджи Корпорэйшен
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 50

Описание

Тест-полоски SelfyCheck Regular - стандарт качественного измерения. Тест-полоски SelfyCheck Regular являются расходным материалом для систем определения уровня глюкозы в крови SelfyCheck Regular. Полоски предназначены для количественного определения уровня глюкозы, взятой из пальца, ладони, плеча и предплечья. В системах самоконтроля SelfyCheck Regular нивелируется риск ошибки на каждом этапе проведения теста. В тест-полосках SelfyCheck Regular используются современные ферментные системы - GOD (глюкозооксидаза). В тест-полосках SelfyCheck Regular используется самый современный и точный метод глюкометрии - электрохимический. Система электрического фракционирования - это технология, которая позволяет нивелировать влияние мешающих факторов. Системы SelfyCheck Regular обладают технологией "Без кодирования". Не нужно в ручном режиме вводить код тест-полосок в глюкометр, использовать калибровочную тест-полоску или чип. Всё, что нужно сделать - это просто вставить полоску в порт глюкометра, и SelfyCheck Regular готов к работе.

Форма выпуска

Тест-полоски

Показания

Основные показания для применения медицинского изделия - сахарный диабет 1 и 2 типа.

Способ применения и дозы

Вставьте тест-полоску в глюкометр. Расположите ланцетное устройство напротив боковой поверхности подушечки пальца и нажмите кнопку для прокола. Дотроньтесь кончиком пальца до точки нанесения крови на тестовой полоске и держите, пока зона реакции не наполнится кровью. Результат появится на экране через 9 секунд. Достаньте тест-полоску из глюкометра. Выбросьте ее и ланцет в проколостойкую емкость. Определение глюкозы в пробе крови основано на измерении электрических токов, вызванных реакцией глюкозы с ферментом на Тест-полоске SelfyCheck Regular. После введения тест-полоски в тестовое гнездо глюкометра, Система подносится к пробе крови свободным концом тест-полоски. Кровь автоматически втягивается в канал для абсорбции, где происходит реакция. В ходе реакции образуется переходный электрический ток. Система считывает значение силы тока, полученное при протекании реакции между ферментом и глюкозой в пробе крови в реакционном пространстве тест-полоски и рассчитывает концентрацию уровня глюкозы в крови по предустановленному уравнению программы, встроенной в глюкометр. Величина силы тока зависит от концентрации глюкозы в крови, партии тест-полосок, рабочего напряжения и температуры. Результат отображается на дисплее. Пробу свежей цельной капиллярной крови для измерения уровня глюкозы в крови можно получить не только с кончика пальца, но и с альтернативных точек тела.

Условия хранения

Надлежащая температура хранения тест-полосок от +2 °C до +30 °C, не более 85% относительной влажности.