Инструкция по применению
SFM Шприц одноразовый 3-х компонентный 5 мл 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Германия
Производитель: СФМ Хоспитал
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 5.0



Описание

Шприц стерильный инъекционный однократного применения состоит из полого прозрачного цилиндра с нанесенной на него градуированной шкалой, наконечником (конусом) с отверстием и упорами для пальцев, штока-поршня с упором штока на нем и уплотнительным кольцом - манжетой (уплотнителем), надетой иглой инъекционной с защитным колпачком на ней.Соединение поршня с цилиндром и конусное соединение наконечника цилиндра с головкой инъекционной иглы водонепроницаемы, воздухонепроницаемы и герметичны под давлением.Шприц стерилизован оксидом этилена.Характеристики: СтерильныйОдноразовыйТрехкомпонентныйОбъем шприца 5 млШкала имеет градуировку до 5 млХарактеристика иглы:изготавливается из специальной особо прочной медицинской нержавеющей стали, трехгранная лазерная заточка иглы увеличивает проникающую способность иглы без дополнительных усилий (для быстрого безболезненного проникновения), смазка нанесена на наружную поверхность трубки иглы.Игла 22 G (0,7мм x 40мм), надета на шприцПреимущества:Стопорное кольцо исключает случайное извлечение поршня из цилиндра и вытекание лекарства для внутримышечных инъекцийОбщая вместимость шприца несколько превышает номинальный объем (не менее, чем на 10 %) Прозрачный цилиндр облегчает контроль объема и прозрачности медикаментаИндивидуальная упаковка обеспечивает сохранность стерильности. Специальное покрытие (смазка) способствует легкому и плавному введению иглы. Смазка нанесена на внутреннюю поверхность шприца, включая поршень, и наружную поверхность трубки иглы, не заметна в виде капель при наблюдении нормальным или скорректированным до нормального зрением.

Состав

Пластик, металл

Форма выпуска

Шприц

Показания

Используется для внутривенного и внутримышечного введения инъекционных лекарственных препаратов.

Способ применения и дозы

Для снижения уровня риска заражения СПИДом или другими инфекционными заболеваниями, медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами. Обработать руки перед проведением инъекции согласно принятому в клинике протоколу.1. Перед использованием проверить срок годности шприца, указанный на упаковке, и герметичность (целостность) потребительской упаковки. Не применять по истечении срока годности и в случае шприц медицинский нарушения целостности упаковки. Стерильно до вскрытия.2. Вскройте индивидуальную упаковку шприца. Извлеките шприц.3. Возьмите шприц в руки и удалите защитный колпачок с иглы.4. Удерживая за цилиндрический корпус, плавно вытягивайте поршень шприца до набора необходимого объема лекарственного средства.5. Поднимите шприц и плавным движением поршня вытесните воздух.6. В случае сохранения пузырьков воздуха в цилиндре шприца, добейтесь их удаления методом легкого постукивания пальцем по цилиндру шприца, шприц при этом удерживайте наконечником вверх.7. Удалите остатки воздуха из цилиндра и коннектора дополнительным плавным поступательным движением поршня.8. Тщательно обработать кожу в месте инъекции тампоном с дезинфицирующим раствором.9. Произведите инъекцию лекарственного средства согласно предписаниям.10. После инъекции место прокола зажать тампоном с дезинфицирующим раствором, закрыть иглу колпачком. Утилизировать шприц. Остерегайтесь случайного укола использованной иглой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Условия хранения

Хранить в защищенном от солнечных лучей, сухом и недоступном для детей месте.