Инструкция по применению
SFM Шприц инсулиновый 3-х компонентный U-100 29G (0,33 мм x 12,7 mm) 1 мл с иглой одноразовый 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Шприц
Страна: Германия
Производитель: СФМ Хоспитал
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10



Описание

Шприц инсулиновый 1,0 мл со шкалой U-100 с интегрированной иглой 0,33 х 12,7 мм 29G полибэг упаковка. Шприц инсулиновый U-100 с интегрированной иглой применяют для инъекций инсулина. Шприц инсулиновый U-100 с интегрированной иглой состоит из трех компонентов: цилиндр, поршень и манжета. Имеет градуировку по шкале U-100, объем 1,0 мл, размер иглы 29 G. Безболезненность инъекции обуславливается легким скольжением поршня, без трения. Удерживающее кольцо на поршне предотвращает потерю медикамента. Градуировка на шприце выполнена в единицах инсулина и позволяет легко считывать показания. Объём шприца – 1,0 мл; Шкала - U-100 (оранжевый колпачок); Размер иглы - 0,33 х 12,7 мм 29G ; Игла - интегрирована (напаяна) на шприц; Компонентность - 3 (цилиндр + поршень + манжета); Стерилизация - Оксид этилена; Упаковка - полибэг. Отсутствие мертвого пространства гарантирует введение полной дозы без потери лекарства.

Состав

Материал цилиндра и поршня - медицинский полипропилен Уплотнитель поршня (манжета) НЕ содержит латекса Стерилизация: оксид этилена, CE маркировка

Форма выпуска

Шприц

Показания

Для введения растворов в/в в/м.

Способ применения и дозы

Следующие этапы осуществляются пользователем для обеспечения набора правильной дозы инсулина и его введения в подкожно-жировую клетчатку: 1) Снимите колпачок с поршня шприца, 2) Снимите защитный колпачок иглы, 3) Используя шкалу на цилиндре шприца, потяните поршень для аспирации воздуха в цилиндр в количестве, равном установленной дозе, 4) Введите иглу под прямым углом в центр пробки флакона и введите воздух во флакон, 5) Переверните флакон и шприц так, чтобы флакон находился над шприцем, 6) Потяните поршень для аспирации инсулина в шприц, 7) Удалите пузырьки воздуха, если они присутствуют, 8) Используя шкалу на цилиндре шприца, потяните поршень для аспирации инсулина в цилиндр до установленной дозы, 9) Необходимо соблюдать технику инъекций, рекомендованную лечащим врачом, 10) Выберите место инъекции (область живота, бедра, ягодиц или задняя часть плеча), 11) Подготовьте место инъекции, обработав его в соответствии с применимой процедурой антисептической обработки, 12) Пациентам рекомендуется либо сформировать («захватить») кожную складку и выполнить инъекцию в нее (под прямым углом), либо сделать инъекцию под углом 45°, чтобы минимизировать риск случайного внутримышечного (в/м) введения, и ввести инсулин в подкожно-жировую клетчатку, 13) Нажмите на поршень для введения инсулина в подкожно-жировую клетчатку, 14) Извлеките иглу из кожи, 15) Отпустите кожную складку (в случае ее образования), 16) После инъекции утилизируйте шприц согласно пункта «Порядок и условия утилизации».

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Особые указания

Пациентам, смешивающим два вида инсулина, НЕЛЬЗЯ: * изменять предписанную врачом последовательность смешивания, * изменять модель или марку шприцев или иглы без предварительной консультации с лечащим врачом. Использовать шприцы исключительно по назначению, т.е. только для введения лекарств. Для одноразового использования. После употребления удалить иглу и шприц в качестве отходов надлежащим образом.

Условия хранения

В защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте.