
Инструкция по применению
Юнона био-Т 380 Спираль внутриматочная

Характеристики

Форма выпуска: Спираль
Страна: Беларусь
Производитель: Медицинское предприятие Симург
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 1



Описание

Внутриматочная спираль Юнона Био Т с медью изготовлена из пластика, имеет Т-образную форму якоря, на котором намотана медная проволока. Для контроля над расположением и извлечением спирали предусмотрена закрепленная монофиламентная нить. При рентгене и УЗИ просматривается контраст медной проволоки, что позволяет контролировать положение спирали.

Состав

Биологически инертный пластик. Активная поверхность: медь.

Форма выпуска

Спираль

Показания

Желание женщины предохранить себя от беременности. Лечение и профилактика синдрома Ашермана. В качестве посткоитального средства ВМС может вводиться в течение 3-4 дней после незащищенного полового акта. Хороший вариант для нерожавших женщин, благодаря небольшому размеру.

Способ применения и дозы

Рекомендуемые сроки введения ВМС- любой день менструального цикла (предпочтительней с 4 по 19 день),- непосредственно после неосложненного медицинского аборта, произведенного методом вакуум-аспирации или кюретажа,- по окончанию инволюции матки (через 5-6 недель после неосложненных родов) в т.ч. на фоне лактационнойаменореи,- сразу после извлечения ВМС срок использования которого истек, при желании женщины продолжитьвнутриматочную контрацепцию,- с целью посткоитальной контрацепции на 3-4 день после незащищенного полового акта.

Противопоказания

- подтвержденная или предполагаемая беременность,- злокачественные заболевания женских половых органов,- воспалительные процессы органов малого таза,- кровотечения из половых органов неустановленной этиологии,- аномалии развития матки,- миома более 8 недель,- эндометриоз любой локализации,- аллергия на медь,- болезнь Вильсона.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности.

Побочные действия

Увеличение менструальной кровопотери. Пред- и межменструальные кровянистые выделения.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия с лекарственными средствами не выявлено, при необходимости диагностического и терапевтического облучения медицинский персонал должен быть информирован о наличии ВМС. В некоторых случаях может потребоваться удаление контрацептива.

Особые указания

Внутриматочная контрацепция абсолютно противопоказана при беременности (подозреваемой или подтвержденной), злокачественных заболеваниях женских половых органов, воспалительных процессах органов малого таза, при кровотечениях из половых органов неустановленной этиологии, при аномалиях развития матки, миоме более 8 недель, эндометриозе любой локализации, аллергии на медь, болезнь Вильсона. С осторожностью (после проведения оценки рисков / преимуществ) необходимо применять ВМС при высоком риске развития заболеваний, передающихся половым путем (наличие нескольких сексуальных партнеров), анемии (гемоглобин менее 90 г/л), у нерожавших женщин, при заболеваниях крови, у пациенток с наличием в анамнезе внематочной беременности.