Инструкция по применению
Юнона Био Multi Ag Внутриматочное противозачаточное средство

Характеристики

Форма выпуска: Спираль
Страна: Беларусь
Производитель: Медицинское предприятие Симург
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Внутриматочная спираль «Юнона Био Multi» — контрацептивное средство, произведённое компанией «Симург» в Республике Беларусь. Особенности: Якорь спирали изготовлен из пластика. Форма — Ф-образная, с выступами на дугообразных плечиках. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 380 мм² (степень чистоты меди — не менее 99,98%). На конце стержня выполнена петля для крепления монофиламентной трансцервикальной нити длиной не менее 100 мм. Диаметр градуированной трубки-проводника — 3,9 мм. Длительность контрацепции — не более 5 лет. Модель рекомендована пациенткам после нескольких самостоятельных родов/абортов, при наличии дефектов шейки либо большом размере матки. Контрацептив поставляется стерильным в конечной упаковке, которая вместе с инструкцией по применению помещена во вторичную упаковку.

Состав

Якорь внутриматочного контрацептива изготовлен из пластика,медная проволка, серебряный сердечник, монофиламентная нить.

Форма выпуска

Спираль

Показания

Внутриматочный контрацептив.

Способ применения и дозы

Введение: ВМС может устанавливаться только специально обученным врачом. Устройство должно вводиться в полость матки в асептических условиях, чтобы избежать попадания бактерий в полость матки. При высоком риске эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца) до введения ВМС следует назначать антибиотики, но лучше у таких женщин ВМС не применять. Техника введения ВМС несколько отличается от таковой при введении обычных ВМК из-за большего диаметра устройства, что обусловлено наличием резервуара с ЛНГ. Поэтому иногда требуются расширение цервикального канала и местная анестезия. Данное ВМС можно вводить в любое время менструального цикла (МЦ), после искусственного аборта в I триместре (сразу после операции) при отсутствии инфицирования. После родов ВМС рекомендуют вводить не ранее чем через 6 недель. Первый контрольный осмотр проводят через 1 месяц, затем через 3 месяца и далее 1 раз в год. Удаление: Обычно удаление ВМС происходит легче всего, если проводится в конце менструального цикла, и осуществляется врачом или специально обученной медицинской сестрой. При этом пинцетом захватывают нити спирали и осторожно потягивая за них, удаляют спираль. Потеря спирали - это ситуация, когда женщина сама не может найти нити спирали при обычной проверке и врач не видит их при осмотре. В этой ситуации спираль удаляют либо с помощью специального устройства, либо пытаются зацепить пинцетом через шейку матки. В редких случаях такие попытки оказываются безуспешными, требуется ультразвуковое исследование и исключение перфорации спирали в брюшную полость, или её незаметного выпадения. Очень редко требуется гистероскопия.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания - те случаи, когда не при каких обстоятельствах нельзя пользоваться ВМС: воспаление половых органов, кровотечения без причины, если есть малейшее подозрение на беременность, рак шейки матки. Относительные противопоказания - случаи, когда нельзя использовать ВМС до того, как женщина пройдет тщательный осмотр у врача, и пока ее анализы не будут в полном порядке: воспаление шейки матки, дисбактериоз, инфекции, кольпит, маточные кровотечения, если менструальный цикл продолжается больше 6 дней, сильные боли во время менструального цикла, слизистая оболочка матки больше нормы, врожденная деформация матки, если в прошлом у женщины была внематочная беременность, заболевания крови, частые воспалительные заболевания, аллергия на состав ВМС.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуры не выше 25°C