Инструкция по применению
Стетоскоп 04-AM404

Характеристики

Форма выпуска: Стетоскоп
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Amrus Enterprises
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Стетоскоп имеет плоскую головку из нержавеющей анодированной стали, которая идеально подходит для прослушивания высокочастотных акустических признаков за счет большой особо чувствительной мембраны диаметром 44 мм из Fiberglass. Fiberglass* - Помимо повышенной по сравнению с ПВХ акустической проводимостью, обладает теплопроводностью дерева, прочностью и долговечностью стали, биологической стойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам, сохранению свойств при резких колебаниях температур, экологичностью. Y-образная утолщенная акустическая трубка обеспечивает защиту от внешних шумов и отлично проводит звук от мембраны для ушей пользователя. Бинауральные дужки оголовья специальной конструкции повышают акустическую герметичность и максимально комфортны. В комплекте 2 пары запасных мягких анатомических ушных олив и сменная мембрана. Комплектность: Головка стетоскопа в сборе. Y-образная трубка. Оголовье в сборе с пружиной т ушными оливами. Руководство по эксплуатации. Упаковка для дополнительных принадлежностей. Упаковочная коробка.

Форма выпуска

Стетоскоп

Способ применения и дозы

Вставьте наконечники оголовья стетоскопа в уши. Ушные оливы поворачиваются для достижения комфортных условий работы. Легким постукиванием по мембране убедитесь в исправности и работоспособности стетоскопа. Звук должен быть четким и чистым. Д л я выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов прижмите головку стетоскопа мембраной к телу в выбранной зоне.

Условия хранения

Содержите стетоскоп в чистоте, не допуская загрязнения мембраны, засорения трубок и ушных олив. Стетоскопы должны храниться упакованными на стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1 метра . Запрещается хранение и транспортирование с тетоскопов с маслами, кислотами, щелочами, органическими растворителями и другими агрессивными материалами.