Инструкция по применению
Т-1701 Реклинатор ортопедический усиленный размер L3

Характеристики

Форма выпуска: Реклинатор
Страна: Россия
Производитель: Тривес
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Современный воздухопроницаемый влагоотводящий материалFORTIS S-Tex обеспечивает оптимальный комфорт при длительном использовании усилен двумя длинными, складными моделируемыми ребрами жесткости, расположенными в проекции поперечных отростков позвонков и двумя короткими на поясничной области пластиковые ребра жесткости на переднебоковых поверхностях препятствуют скручиванию изделия и усиливают компрессионное воздействие на переднюю брюшную стенку дополнительная стяжка регулирует степень компрессии и фиксации в поясничной области конструкция реклинатора обеспечивает поэтапное исправление нарушений осанки и снижает напряжение мышц спины коррекция осанки осуществляется за счет анатомически правильного положения нерастяжимых лентФункции: фиксирует плечевой пояс в правильном физиологическом положении уменьшает выраженность грудного кифоза уменьшает выраженность поясничного лордоза уменьшает выраженность сколиотических отклонений в грудном и поясничном отделах позвоночника поддерживает физиологические изгибы позвоночника в правильном положении компенсирует ослабление собственного мышечного корсета предотвращает повторные повреждения позвоночника после травм или операций на позвоночнике предупреждает возникновение патологических переломов тел позвонков при остеопорозе обеспечивает соблюдение ортопедического режима после травм и операций на позвоночнике

Состав

Хлопок — 65%полиэстер — 25%эластан — 10%ребра: пластик — 3 мм, металл — 1 мм

Форма выпуска

Реклинатор

Показания

Остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, в том числе при наличии одиночных межпозвонковых грыж реабилитация и соблюдение ортопедического режима после травм грудного и поясничного отделов позвоночника профилактика повреждений позвоночника при остеопорозе нефиксированные формы нарушения осанки у взрослых, в том числе по типу «круглой», «кругловогнутой» спины и по сколиотическому типу сколиоз позвоночника I-II степени юношеские кифозы, в том числе болезнь Шоермана-Мау, Линдемана, Гюнтца

Способ применения и дозы

Условия применения изделия:Изделие рекомендуется носить в период статического или динамического напряжения. При выполнении физических упражнений использование реклинатора не рекомендуется. Изделие одевается на нижнее белье. Инструкция по применению:Размер изделия подбирается согласно приведенной таблице по высоте спины, росту и окружности талии.Измерения должен проводить врач. Необходимо померить расстояние от С7 позвонка до L5 позвонка и подобрать реклинатор согласно высоте изделия. Рекомендованные соотношения высоты изделия и роста мужчин и женщин приведены в таблице.Полученный размер реклинатора (1, 2, 3) соотнесите с окружностью талии, представленной в таблице.Перед использованием изделия проводится разложение и моделирование ребер жесткости. Не моделировать ребра жесткости в области соединения.Выпрямите ребро и закрепите место сложения кембриком. Вставьте ребро в предназначенный для него карман.Моделирование ребер осуществляется врачом.Нижний край реклинатора располагается в области поясницы, наплечные ленты накладываются на середину надплечья.Реклинатор застегивают на талии в положении стоя. Далее необходимо пропустить наплечные ремни под подмышками, вывести на спину, слегка натянуть и перекрестить. Перед перекрещиванием лент необходимо пропустить их через шлевку-петлю в средней части спинки реклинатора. Свободные концы наплечных ремней необходимо вывести на переднюю часть изделия и прикрепить к передней панели с помощью застежки «Велкро».Степень натяжения лент, разводящих плечи, регулируют в зависимости от состояния пользователя и рекомендаций специалиста.Степень воздействия на поясничный отдел позвоночника может быть отрегулирована с помощью застежек «Велкро» основной части реклинатора и дополнительным натяжением фиксирующих стяжек в области талии.При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.Если в период использования корректора осанки появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу. Рекомендации по уходу и хранению: перед стиркой необходимо вытащить ребра жесткости и застегнуть все застежки «Велкро» изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 40°С) запрещено применять для стирки хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства не применять машинную стирку не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок) не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний не выявлено.Относительные противопоказания, требуют консультации врача: сколиоз III-IV степени осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга необходимость индивидуального ортезирования позвоночника наличие в области применения реклинатора контактных дерматитов, трофических язв и пролежней аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделиеПрименять изделие по назначению и под контролем врача.