Инструкция по применению
Т-1702 Реклинатор ортопедический размер L1 бежевый

Характеристики

Форма выпуска: Реклинатор
Страна: Россия
Производитель: Тривес
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Современный воздухопроницаемый влагоотводящий материалFORTIS S-Tex обеспечивает оптимальный комфорт при длительном использовании усилен двумя длинными, складными моделируемыми ребрами жесткости, расположенными в проекции поперечных отростков позвонков пластиковые ребра жесткости на переднебоковых поверхностях препятствуют скручиванию изделия и усиливают компрессионное воздействие на переднюю брюшную стенку конструкция реклинатора обеспечивает поэтапное исправление нарушений осанки и снижает напряжение мышц спины коррекция осанки осуществляется за счет анатомически правильного положения нерастяжимых лентФункции: фиксирует плечевой пояс в правильном физиологическом положении уменьшает выраженность грудного кифоза уменьшает выраженность поясничного лордоза уменьшает выраженность сколиотических отклонений в грудном и поясничном отделах позвоночника обеспечивает обратную биомеханическую связь для поддержания правильной осанки тренирует собственный мышечный корсет способствует улучшению осанки поддерживает естественные изгибы позвоночника в правильном положении предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы улучшает общее самочувствие

Состав

1. Хлопок — 65%2. полиэстер — 25%3. эластан — 10%4. ребра: пластик — 3 мм металл — 1 мм

Форма выпуска

Реклинатор

Показания

Нарушения осанки у детей и взрослых кифотическая болезнь I степени у детей и взрослых, в том числе при юношеском кифозе функциональные сколиозы сколиотическая болезнь I-II степеней средние и поздние сроки реабилитации после травм грудного отдела позвоночника профилактика нарушений осанки у школьников и подростков профилактика заболеваний и травм грудного отдела позвоночника при длительных статических нагрузках на позвоночный столб

Способ применения и дозы

Условия применения изделия:Изделие рекомендуется носить в периоды статического напряжения (для детей — приготовление уроков, для взрослых — при работе в офисе, просмотре телевизора, при работе за компьютером и т.д.). Выполнять физические упражнения в реклинаторе не желательно. Изделие рекомендуется одевать на нижнее белье.Для коррекции осанки у подростков ортопедический реклинатор необходимо носить по специальной схеме, узнать которую можно у лечащего врача или наблюдающего специалиста.Инструкция по применению:Размер изделия подбирается согласно приведенной таблице по высоте спины, росту и окружности талии. Измерения должен проводить врач. Необходимо померить расстояние от С7 позвонка до L5 позвонка и подобрать реклинатор согласно высоте изделия. Рекомендованные соотношения высоты изделия и роста мужчин и женщин приведены в таблице. Полученный размер реклинатора (1, 2, 3) соотнесите с окружностью талии, представленной в таблице.Реклинатор размещается на пояснице и в области грудного отдела позвоночника.Перед использованием изделия проводится разложение и моделирование ребер жесткости.Не моделировать ребра жесткости в области соединения.Выпрямите ребро и закрепите место сложения кембриком. Вставьте ребро в предназначенный для него карман. Моделирование ребер осуществляется врачом.Реклинатор застегивают на талии, после чего плечевые разводящие ленты проводят перед плечевыми суставами и, перекрестив на спине, закрепляют на передней поверхности пояса. Перед перекрещиванием лент необходимо пропустить их через шлевку-петлю в средней части спинки изделия. Длину лент, разводящих плечи, регулируют в зависимости от состояния пользователя и рекомендаций специалиста.Степень воздействия на мышечный каркас поясничного отдела позвоночника может быть отрегулирована с помощью застежек «Велкро», расположенных в поясной части реклинатора.При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.Если в период использования корректора осанки появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу. Рекомендации по уходу и хранению: перед стиркой необходимо вытащить ребра жесткости и застегнуть все застежки «Велкро» изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 40°С) запрещено применять для стирки хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства не применять машинную стирку не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок) не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний не выявлено.Относительные противопоказания, требуют консультации врача: сколиоз III-IV степени осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга необходимость индивидуального ортезирования позвоночника наличие в области применения реклинатора контактных дерматитов, трофических язв и пролежней аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделиеПрименять изделие по назначению и под контролем врача.