Инструкция по применению
Тривес Бандаж на лучезапястный сустав Evolution арт. Т-8392 левый р. 3(S)

Характеристики

Форма выпуска: Бандажи
Страна: Россия
Производитель: Тривес
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Основа компрессионного бандажа из воздухопроницаемого материала FORTIS H-Tex, с малой растяжимостью съемная металлическая моделируемая пластина на ладонной поверхности изделия три дополнительных моделируемых ребра жесткости на тыльной поверхности бандажа застежки «Велкро» обеспечивают фиксацию изделия в области лучезапястного сустава дополнительная эластичная лента с застежками «Велкро» для регулировки степени фиксации удлиненная модель осуществляет фиксацию до верхней трети предплечья выпускается для левой и правой руки высота: 26 смФункции: обеспечивает сильную фиксацию лучезапястного сустава в функционально выгодном положении до верхней трети предплечья уменьшает болевые ощущения в области сустава и средней трети предплечья способствует уменьшению отека в области лучезапястного сустава и тыльной стороны кисти при травмах и заболеваниях ускоряет реабилитацию после травм и заболеваний лучезапястного сустава и запястья

Состав

Хлопок — 50% полиэстер — 30% эластан — 20% ребра: сталь — 1 мм пластина: алюминий

Форма выпуска

Бандажи

Показания

Болевые ощущения в лучезапястном суставе на фоне последствий травм, острых и хронических заболеваний сустава, средней трети предплечья и кисти необходимость фиксации лучезапястного сустава, кисти и средней части предплечья после травматических поражений необходимость фиксации лучезапястного сустава и кисти после операций артрозы, артриты и другие хронические заболевания лучезапястного сустава и суставов запястья отеки в области лучезапястного сустава и предплечья при артрозах, артритах, синовитах, бурситах иммобилизация лучезапястного сустава после снятия гипсовых повязок нейропатии периферических нервов в области запястья (например, стиллоидит или туннельный синдром), параличи и парезы лучевого нерва при поражении ЦНС профилактика контрактур кисти в качестве альтернативы гипсовой повязки

Способ применения и дозы

Условия применения изделия:Лучезапястный бандаж можно носить до 10 часов в день. В реабилитационном и послеоперационном периодах, при наличии показаний, можно применять изделие постоянно, даже в периоды сна и дневного отдыха.При длительном (более 6 часов подряд) ношении бандажа на лучезапястный сустав через каждые 5-6 часов необходимо делать перерыв в его использовании на 20-30 минут, полностью сняв изделие или значительно ослабив эластичную ленту и застежки «Велкро» с целью профилактики нежелательных кожных реакций и нарушений кровообращения.Инструкция по применению:Размер бандажа выбирается согласно таблице подбора изделий по окружности лучезапястного сустава.Лучезапястный бандаж надевается на руку, после чего изделие застегивается на застежки «Велкро». Перед надеванием изделия рекомендуется отмоделировать металлическую пластину, повторяя профиль поверхности сустава. Дополнительная эластичная лента оборачивается вокруг кисти и лучезапястного сустава над проекцией щели лучезапястного сустава.При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.Рекомендации по уходу и хранению: перед стиркой необходимо вытащить металлическую пластину на ладонной поверхности изделия и застегнуть все застежки «Велкро» изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 40°С) запрещено применять для стирки хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства не применять машинную стирку не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок) не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний не выявлено.Относительные противопоказания, требуют консультации врача: необходимость индивидуального ортезирования сустава злокачественные новообразования в области использования бандажа наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Срок хранения после открытия

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.

Условия хранения

Беречь от детей.