Инструкция по применению
BB test Тест для определения беременности



Характеристики

Форма выпуска: Тест
Страна: Франция
Производитель: Laboratoire Innotech International
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Тест для определения беременности бб - это современный инструмент для выявления наличия или отсутствия беременности у женщин. Тест имеет высокую чувствительность и точность, позволяющие получить результат уже на ранних сроках наступления задержки менструации. Данный тест легок в использовании и не требует особой подготовки перед проведением тестирования.

Форма выпуска

Тест

Способ применения и дозы

1. Собрать мочу в сухую и чистую емкость.2. Вскрыть упаковку из фольги.3. Достать тест-полоску.4. Погрузить ее вертикально в емкость с мочой до красной отметки (не глубже!) на 5–10 с.5. Положить тест-полоску на горизонтальную поверхность, подождать 5 мин и прочитать результат.Достоверным следует считать результат, появившийся на тест-полоске в период от 5-й до 10-й минуты с момента извлечения ее из мочи. Все изменения на тест-полоске в период до 5 и после 10 мин, не учитывать.Рисунок для оценки результата тестирования.Слева направо:1. Результат отрицательный (беременности нет).В зоне считывания результата появляется одна розовая линия.2. Результат положительный (беременность есть).В зоне считывания результата появляются две розовые линии.3. Если в результате тестирования в зоне считывания результата не появилось ни одной розовой линии, то это означает, что тестирование было проведено неверно или был использован непригодный тест.ББ тест люкс. Тест для определения беременности1. Вскрыть упаковку из фольги и достать тест-систему.2. Максимально освободить стержень из тест-системы, сдвинув голубую пластинку в направлении, указанном стрелкой.3. Расположить тест-систему таким образом, чтобы окошко для считывания результата оказалось повернутым к Вам, а стержень был направленным вниз. Поместить стержень под струю мочи на 5–10 с (при желании можно собрать мочу в чистую и сухую посуду и поместить стержень в мочу на 5–10 с).Не допускать попадания мочи на окошко считывания результата!4. Вернуть стержень внутрь тест-системы, переместив голубую пластинку в исходное положение. Произойдет реакция.5. Положить тест-систему на горизонтальную поверхность так, чтобы окошко считывания результата оказалось сверху.6. Подождать 5 мин и оценить результат по количеству линий в окошке считывания результата. Достоверным следует считать результат, появившийся на тест системе в период от 5-й до 10-й мин с момента извлечения стержня тест-системы из мочи. Все изменения в окошке считывания результата в период до 5 и после 10 мин, не учитыватьОценка результата тестированияI. Результат отрицательный (беременности нет) — появляется только одна розово-сиреневая линия в зоне «С» (control).II. Результат положительный (беременность есть) — в обеих зонах «С» и «Т» (test) появляется по одной розово-сиреневой линии.Если в результате тестирования в обеих зонах «С» и «Т» линии отсутствуют — тестирование было проведено неверно или был использован непригодный тест.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.