Инструкция по применению
Lady Check Тест для определения беременности

Характеристики



Форма выпуска: Тест
Страна: Великобритания
Производитель: ФармЛайн Лимитед
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ LADY CHECK - применяется с первого дня задержки менструации, точность 99,5%Тесты на беременность LadyCheck «реагируют» на хорионический гормон, который начинает вырабатываться в организме женщины через 7 дней после наступления беременности (когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенке матки и начинает развиваться).Со временем уровень гормона в крови повышается (хотя и достаточно медленно), поэтому надежность результатов теста тоже повышается.Достоверный результат тест на беременность может показать только после начала задержки менструации, поэтому не стоит проводить тест сразу же после полового акта или спустя несколько дней.Если тест на бременость показывает отрицательный результат, но у Вас все же остались сомнения, проведите исследования спустя несколько дней, возможно, (если Вы все-таки беременны) к этому времени уровень гормона в крови достигнет оптимального уровня. Подтвердить результаты теста сможет гинеколог, сделав УЗИтест

Состав

Бумажная полоска на пластиковой подложке, пропитанная реагентом (мечеными антителами к ХГЧ) в фольгированной упаковке.

Форма выпуска

Тест

Показания

Тест для определения беременности для домашнего использования - определение беременности по моче с первого дня задержки менструального цикла

Способ применения и дозы

Извлеките тест-полоску из пакета, держа её за окрашенный конецПогрузите тест-полоску вертикально в ёмкость с мочой до отметки, указанной стрелками, на 10 секунд (рекомендуется использовать утреннюю мочу)Положите тест-полоску на сухую горизонтальную поверхностьОцените результат через 3-5 минут, но не позднее чем через 10 минут

Особые указания

Могут ли повлиять на результаты какие-либо лекарства или заболевания?Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты вводятся обычно в виде инъекций, и тестирование в течении небольшого срока после инъекции может привести к ложному результату «вы беременны»)Другие препараты для лечения бесплодия (например, кломифена цитрат), обезболивающие препараты, гормональная контрацепция (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результатЕи вы недавно перестали использовать гормональную концентрацию или принимаете такие средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, следствием чего может стать преждевременное тестированиеЕсли вы недавно были беременны (даже если вы не выносили ребенка в течении полного срока), может быть получен ложный результат «вы беременны».Внематочная беременность, киста яичника, менопауза и некоторые очень редкие заболевания могут стать причиной ошибочных результатовЕсли получен результат «вы беременны», впоследствии вы можете обнаружить, что вы не беременны, поскольку беременность может естественным способом прерваться на ранних сроках.Если вы получили неожиданные результаты, обсудите их со своим врачом.Внимание!Не следует оценивать результат теста позднее чем через 10 минутПри положительном результате теста вам следует обратиться к врачуЕсли менструация задерживается, а результат двух тестирований отрицательный, вам следует обратится к врачу. Обязательно ли использовать утреннюю мочу?Со дня ожидаемого начала менструального цикла тест можно проводить в любое время суток. Если тестирование проводить раньше ожидаемого срока менструации, рекомендуется использовать утреннюю мочу этого дня, поскольку утром концентрация гормона ХГЧ максимальна. Перед проведением теста избегайте чрезмерного употребления жидкостей и мочегонных средств. В противном случае, если во время раннего тестирования получен результат «вы не беременны», возможно, что уровень гормона ХГЧ еще недостаточно высок для обнаружения.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25о С.